

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2022-51 del 21/01/2022
Oggetto	Direzione Tecnica. Contratto per servizi di manutenzione e gestione delle apparecchiature per analisi ambientale nei laboratori Arpae. Lotto 3 apparecchiature a bassa tecnologia. Modifica contrattuale per servizi straordinari di manutenzione strumenti di Bologna e Ravenna. CIG 7610832141.
Proposta	n. PDTD-2022-51 del 20/01/2022
Struttura adottante	Direzione Tecnica
Dirigente adottante	de'Munari Eriberto
Struttura proponente	Laboratorio Multisito
Dirigente proponente	Forti Stefano
Responsabile del procedimento	Forti Stefano

Questo giorno 21 (ventuno) gennaio 2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Responsabile , Dottor de'Munari Eriberto, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Contratto per servizi di manutenzione e gestione delle apparecchiature per analisi ambientale nei laboratori Arpae. Lotto 3 apparecchiature a bassa tecnologia. Modifica contrattuale per servizi straordinari di manutenzione strumenti di Bologna e Ravenna. CIG 7610832141.

VISTI:

- la D.D.G. n. 114 del 21/12/2018 - Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna per il triennio 2019-2021, del Piano Investimenti 2019-2021, del Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio 2019, del Budget Generale e della Programmazione di Cassa 2019;
- la D.D.G. n. 115 del 21/12/2018 - Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2019 ai centri di responsabilità dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna;
- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia;
- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

RICHIAMATI:

- la Determinazione n. 98 del 13.02.2019 avente ad oggetto l'aggiudicazione del servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature per l'analisi ambientale nei laboratori di Arpae per i lotti n. 1 e n. 3 a seguito di procedura aperta telematica;
- il contratto sottoscritto in data 29/03/2019 (repertorio n. 3/2019) tra Arpae e il RTI costituito dalle Società GSG srl, Fornasini Mauro e Sol spa, relativo al servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature per l'analisi ambientale nei laboratori di Arpae per il lotto n. 3, relativo alle apparecchiature a bassa tecnologia, CIG 7610832141, per l'importo complessivo di € 511.261,40;
- l'art. 9 comma 1 del contratto citato che prevede la possibilità di effettuare le modifiche contrattuali nei termini previsti dall'art.106 del codice dei contratti;

PREMESSO:

- che il servizio di manutenzione oggetto del lotto n.3 riguarda le apparecchiature individuate nell'allegato 2 sub 3 lotto 3 agli atti di gara oggetto di specifica quotazione economica;
- che, nel corso dell'espletamento del servizio aggiudicato, su tali apparecchiature può verificarsi la necessità di servizi aggiuntivi non compresi nel contratto e legati ad esigenze diverse;

CONSIDERATO:

- che il generatore di azoto 551@RA, ha manifestato un guasto in fase di lavoro routinario e che lo stesso è a servizio di uno strumento a complessità tecnologica superiore, attualmente impiegato per l'esecuzione di analisi provenienti dalle altre sedi del laboratorio multisito;
- che il fermo macchina dovuto al guasto del generatore comporta un ritardo nei tempi di risposta verso i clienti istituzionali interni ed esterni di Arpae ed è quindi necessario procedere ad un suo urgente ripristino;
- che la cappa chimica Heron 3562@BO, durante le attività di manutenzione preventiva, ha manifestato anomalie gravi di funzionamento, tali da poter essere risolte solo con il cambio del sistema di aspirazione ed il conseguente ripristino della funzionalità strumentale e della protezione degli operatori di laboratorio;
- che le lavavetriere 5344@RA e 5345@RA hanno manifestato la rottura del blocco pompa e dei dotti afferenti/deferenti a loro servizio – riparazione tecnicamente fattibile senza ingenti costi di riparazione se raffrontati all'acquisto di un analogo strumento nuovo;
- che, a seguito dell'intervento del RTI costituito dalle Società GSG srl, Fornasini Mauro e Sol spa, che ha in gestione la manutenzione delle apparecchiature della medesima tipologia di quelle menzionate ai punti precedenti, si è individuata la causa dei diversi malfunzionamenti;

CONSIDERATO INOLTRE:

- che, il citato RTI, in seguito ai sopralluoghi effettuati, ha inviato i seguenti preventivi:

Codice strumento	Descrizione intervento	Preventivo/importo
5345@RA	Intervento di manutenzione e ripristino mediante sostituzione blocco pompa e tubazioni	AEM n. 16 del 17/01/2022 - € 429,90
5344@RA	Intervento di manutenzione e ripristino mediante sostituzione blocco pompa e tubazioni	AEM n. 17 del 17/01/2022 - € 429,90
3562@BO	Sostituzione impianto aspirazione cappa Heron con nuovo aspiratore trifase - singola velocità completo di accessori e manodopera di montaggio.	Offerta 2021_4317 del 18/10/2021 - € 1.674,97
551@RA	Intervento ripristino funzionalità generatore azoto	Offerta 2021_4530 del 11/11/21 - € 600

- che il RTI aggiudicatario dispone della capacità tecnica per poter far fronte in modo tempestivo ed efficace alle problematiche riscontrate, in modo tale da ridurre al minimo i tempi di fermo macchina;

- che risulta difficoltoso da parte dell'Amministrazione ricorrere ad altri operatori economici per l'approvvigionamento dei materiali e i servizi necessari senza incorrere in consistenti duplicazioni dei costi ed arrecando disservizio all'efficiente gestione dei laboratori;
- che il Direttore dell'esecuzione ha esaminato i preventivi pervenuti e li ha approvati, previo nulla osta del RUP in data 12/01/22, come da documentazione agli atti;

RICHIAMATO INOLTRE:

- l'art. 106 comma 1, lett. b) del D.Lgs.50/2016 secondo il quale i contratti possono essere modificati per servizi supplementari, resisi necessari durante l'esecuzione contrattuale, laddove un cambiamento di fornitore risulterebbe impraticabile per motivi tecnici e comporterebbe notevoli disagi;

CONSIDERATO INFINE:

- che i servizi predetti, per l'ammontare complessivo di € 3.134,77 (oltre a IVA 22%), sono da considerare quali variazione contrattuale compresa nei limiti di cui all'art. 106 comma 1 del D.Lgs.50/16;
- che le modifiche non superano il limite del 50% del valore di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 106, comma 7 del d. lgs. 50/2016;
- che, ai fini dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni" (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla DDG n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2020 - Linee Guida" della D.D.G n. ;

PRESO ATTO:

- che occorre procedere agli adempimenti di trasparenza al SITAR, come previsto dall'art.106 commi 8 e 14 del D.Lgs 50/2016;
- che, trattandosi di variazione contrattuale non superiore al 20% dell'importo originario, viene confermato come Codice Identificativo Gara il medesimo del contratto in corso ovvero 7610832141;
- che l'ordine di fornitura verrà perfezionato mediante corrispondenza commerciale e con modalità elettronica;

SU PROPOSTA:

- del responsabile del Laboratorio Multisito, Dott. Stefano Forti, il quale ha attestato la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che il responsabile unico del procedimento è lo stesso Dott. Stefano Forti;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte della Responsabile Staff Amministrazione Direzione Tecnica, Dott.ssa Olivia Casanova, sentita la Responsabile Unità Gestione budget e approvvigionamenti Laboratorio Multisito;

DETERMINA

- 1 per tutto quanto in premessa esposto, di modificare ai sensi dell'articolo 106 c.1 del D.Lgs. 50/2016, il contratto sottoscritto in data 29/03/2019 (repertorio n. 3/2019) tra Arpae e il RTI costituito dalle Società GSG srl, Fornasini Mauro e Sol spa, relativo al servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature per l'analisi ambientale nei laboratori di Arpae per il lotto n. 3, concernente le apparecchiature a bassa tecnologia (CIG 7610832141), affidando al fornitore aggiudicatario del contratto il servizio di manutenzione correttiva sugli strumenti 551@RA, 5344@RA, 5345@RA e 3562@BO per l'importo complessivo di euro 3.134,77 + IVA 22%;
- 2 di dare atto che la manutenzione e la fatturazione verrà eseguita dalla ditta GSG srl (2.274,97 € + IVA) e Sol spa (859,80 € + IVA);
- 3 di trasmettere, come previsto dall'art.106 commi 8 e 14 del D. L.vo 50/2016, la scheda di modificazioni del contratto al SITAR;
- 4 di dare atto che al direttore dell'esecuzione, dott.ssa Eleonora Pavanelli, nominato con Determina n. 98 del 13/02/2019, ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D. L.vo 50/2016, spetta il compito di verificare il corretto adempimento del servizio;
- 5 di dare atto che il costo di euro 3.824,42 (IVA inclusa), relativo al presente atto, avente natura di riparazione attrezzature, è a carico dell'esercizio 2022, ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al centro di responsabilità: DLMRA per euro 1.780,95 – DLMBO per euro 2.043,47;
- 6 di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, nella sezione Amministrazione Trasparente del profilo di committente dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

IL DIRETTORE TECNICO
(F.to Dott. Eriberto de' Munari)

N. Proposta: PDTD-2022-51 del 20/01/2022

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Contratto per servizi di manutenzione e gestione delle apparecchiature per analisi ambientale nei laboratori Arpae. Lotto 3 apparecchiature a bassa tecnologia. Modifica contrattuale per servizi straordinari di manutenzione strumenti di Bologna e Ravenna. CIG 7610832141.

PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Casanova Olivia, Responsabile Amministrativo/a di Direzione Tecnica, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 21/01/2022

Il/La Responsabile Amministrativo/a
