

ARPA

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Sezione Provinciale di Ferrara. Aggiudicazione, mediante procedura in economia, della fornitura di n. 1 bilancia microanalitica specifica per pesata filtri e membrane PM10 e PM2,5, alla Ditta Sartorius Mechatronics Italy Srl di Muggiò (MB). Importo Euro 14.238,00 IVA inclusa. Oneri per la sicurezza Euro 00,00

VISTO:

- la D.D.G. n. 96 del 2009 –Direzione Amministrativa – Area Bilancio e Controllo economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione per il triennio 2010-2012, del Piano Investimenti 2010-2012, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 3020 e del Budget investimenti per l'esercizio 2010;
- la D.D.G. n. 97 del 2009 – Direzione Amministrativa – Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2010;
- la D.D.G. n. 99 del 2009 – Direzione Amministrativa – Area Bilancio e Controllo Economico. Adozione della programmazione finanziaria annuale 2010 dei flussi di cassa e dei criteri per l'acquisizione e sostenibilità finanziaria delle commesse”
- il Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- la D.D.G. n. 87 del 17/11/2009 di approvazione del nuovo regolamento ARPA per le forniture di beni e servizi in economia (R0602/DG.Rev. 7) ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell'art. 10 della L.R. 21 dicembre 2007 n.28;

PREMESSO:

- che il Responsabile del Servizio Sistemi Ambientali della Sezione di Ferrara- Dr.ssa Claudia Milan - ha evidenziato all'Area Monitoraggio e Reporting Ambientale della Direzione Tecnica la necessità di procedere all'acquisizione, tra l'altro, di una bilancia microanalitica specifica per pesata filtri e membrane PM10 e PM2,5, all'interno del Piano investimenti 2010 predisposto dalla Direzione Tecnica stessa;

- che la suddetta area ha demandato alla Sezione di Ferrara l'esperienza della procedura di acquisto e di tutti gli atti conseguenti;

ACQUISITO:

- il parere favorevole del Responsabile dell'Area Monitoraggio e Reporting Ambientale - Dr. Franco Zinoni quale titolare del Budget investimenti dell'Area di coordinamento dei Servizi Sistemi Ambientali delle sezioni - in merito all'avvio della procedura in oggetto;
- la richiesta per l'avvio della procedura di acquisto a firma del responsabile del Servizio Sistemi Ambientali, Dr.ssa Claudia Milan, acquisita agli atti;

PRESO ATTO:

- che dell'avvio della procedura è stata resa pubblicità con avviso sul sito internet dell'ARPA Emilia Romagna con contestuale pubblicazione del disciplinare tecnico in data 30/03/2010;
- che il Responsabile del Procedimento, dr.ssa Claudia Milan, Responsabile del SSA, ha proceduto ad invitare alla procedura in economia ex Art. 125 D. Lgs. 163/2006 e art. 10 L.R. E-R 21.12.2007 n. 28, mediante trasmissione della lettera d'invito e relativo capitolato d'onori con nota prot. PGFE/2010/2598 del 5/05/2010, le Ditte che hanno presentato richiesta di partecipare alla procedura e le Ditte del ramo di seguito elencate:
 - Optolab Instruments Srl Via Buoizzi, 13 41033 Concordia MO
 - Incofar S.r.l. Via Staffette Partigiane, 30 41122 Modena
 - Bilatron Via Maestri del Lavoro 7 05100 Terni
 - Mettler – Toledo Spa Via Vitalba, 42 20026 Novate Milanese
 - Sartorius Mechatronics Italy Srl Viale Alfonso casati, 4 20053 Muggiò Mi
 - Gibertini Elettronica Srl Via Bellini n. 29 20026 Novate Milanese (MI)
- che con nota del 08/04/2010 agli atti il Direttore di Sezione ha proceduto alla nomina della Commissione di valutazione delle offerte nelle persone di:
 - Presidente: Claudia Milan
 - Componente: Enrica Canossa
 - Componente: Rita Mingozzi
 - Componente: Paola Leuci componente supplente
 - Segretario: M. Gabriella Marescotti
- che entro il termine di scadenza indicato nella lettera d'invito, le ore 13.00 del 21.05.2010, sono pervenute in plichi sigillati, le offerte delle seguenti Ditte:
 - Optolab Instruments Srl Via Buoizzi, 13 41033 Concordia MO

- Incofar S.r.l. Via Staffette Partigiane, 30 41122 Modena
 - Bilatron Via Maestri del Lavoro 7 05100 Terni
 - Mettler – Toledo Spa Via Vitalba, 42 20026 Novate Milanese
 - Sartorius Mechatronics Italy Srl Viale Alfonso casati, 4 20053 Muggiò Mi
- che il plico pervenuto dalla Ditta Opto-lab (prot. ARPA PGFE/2010/3008 in data 20/05/2010) è stato aperto erroneamente dall'operatore dell'Ufficio competente al ricevimento posta e che conseguentemente il Responsabile del Procedimento ha provveduto a comunicare a tutte le ditte invitate, la riapertura del termine di presentazione delle offerte prorogandone la scadenza alle ore 13.00 del 10/06/2010, con nota prot. PGFE/2010/3068 del 21/05/2010, anticipata via fax e trasmessa con raccomandata a/r.
- che la nota suddetta prevedeva in alternativa, la possibilità di confermare entro il suddetto termine, la validità dell'offerta precedentemente trasmessa, così come nel caso di silenzio da parte della Ditta;
- che la Ditta Optolab ha richiesto (telefonicamente) la trasmissione della documentazione di gara (lettera d'invito e capitolato d'oneri), documentazione inoltrata da ARPA con nota prot. PGFE/2010/3330 del 3/06/2010, tramite racc. a/r;
- che in data 11/06/2010 alle ore 10.00 si è riunita la Commissione in seduta pubblica per l'apertura dei plichi pervenuti e la verifica della regolarità della documentazione amministrativa, così come comunicato alle Ditte offerenti con nota Prot. PGFE/2010/3068 del 21/05/2010 soprarichiamata;

VISTO:

- il verbale di seduta pubblica della Commissione del 11/06/2010 – Verbale I°, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- i verbali II° e III° rispettivamente del 14/06/2010 e del 22/07/2010 di esame e valutazione delle offerte tecniche, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, rispettivamente sub B) e sub C);
- il verbale di seduta pubblica del 23/07/2010 - IV° di apertura delle offerte economiche allegato sub D) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, in cui si rileva che il Presidente della Commissione:
 - ha dato lettura dei seguenti punteggi tecnici conseguiti dalle ditte ammesse:

Ditte	Punteggio tecnico
Bilatron	46.0
Mettler-Toledo	50.8
Sartorius-Mechatronis Italy	55.0

- ha proceduto all'apertura delle offerte economiche delle ditte ammesse:

Ditte	Prezzo offerto
Bilatron	€ 18.500,00
Mettler-Toledo	€ 16.000,00
Satorius-Mechatronis Italy	€ 11.865,00

- ha proceduto all'assegnazione dei seguenti punteggi economici delle ditte partecipanti:

Ditte	Punteggio economico Max 45 punti
Bilatron	22,51
Mettler-Toledo	24,67
Satorius-Mechatronis Italy	45,00

- ha proceduto a formulare la seguente graduatoria provvisoria

Ditte	Punteggio complessivo Max 100 punti
Satorius-Mechatronis Italy	100,0
Mettler-Toledo	75,5
Satorius-Mechatronis Italy	68,5

RITENUTO:

- pertanto di aggiudicare definitivamente alla Ditta Sartorius Mechatronics Italy di Muggiò- MI, la fornitura di n. 1 bilancia microanalitica specifica per pesata filtri e membrane PM10 e PM2,5, per un importo di Euro 11.865,00 (IVA esclusa) subordinandone l'efficacia al positivo esperimento degli atti necessari e conseguenti;

PRESO ATTO:

- che è stato chiesto al Responsabile Area Monitoraggio e Reporting Ambientale della Direzione tecnica, Dr. Franco Zinoni, il trasferimento della somma di Euro 14.238,00 sul Budget Investimenti della Sezione di Ferrara, al fine di poter emettere l'ordine contabile di fornitura della suddetta strumentazione;
- che tale trasferimento è stato autorizzato con nota e-mail del 05/08/2010;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile del Servizio Sistemi Ambientali, Dr.ssa Claudia Milan, che ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa della presente determinazione;

DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile espresso dalla Referente Amm.va Dr.ssa Lisa Recca, ai sensi del Regolamento Arpa per il Decentramento Amm.vo approvato con DDG 95 del 16/12/2009;
- che ai sensi degli artt. 10 e 125 del Dlg. 163/2006 e dell'art. 4 del Regolamento Arpa per la fornitura di beni e servizi in economia è individuato responsabile del procedimento il Direttore della Sezione Dr.ssa Simona Coppi;
- che il responsabile del procedimento, così individuato, ha delegato a termini di regolamento il responsabile del SSA – Dr.ssa Claudia Milan- per le fasi del procedimento relative alla scelta del contraente e l'esecuzione del contratto, nonché la Dr.ssa Enrica Canossa per le verifiche di conformità e collaudo del bene acquistato;

DETERMINA

1. di approvare, con riferimento alla procedura in economia esperita per l'acquisizione di **n. 1 bilancia microanalitica specifica per pesata filtri e membrane PM10 e PM2,5** i documenti relativi alla procedura di gara, lettera d'invito e capitolato d'oneri e verbali della Commissione nonché la seguente graduatoria finale:

Ditte	Punteggio complessivo
Satorius-Mechatronis Italy	100,0
Mettler-Toledo	75,5
Satorius-Mechatronis Italy	68,5

2. di aggiudicare, per i motivi in premessa esposti, alla Ditta Sartorius Mechatronics Italy di Muggiò - MI la fornitura di n. 1 bilancia microanalitica specifica per pesata filtri e membrane PM10 e PM2,5 , per l'importo di Euro 11.865,00 oltre all'IVA;
3. di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione alla subordinandone l'efficacia al positivo esperimento degli atti necessari e conseguenti;
4. di dare atto che il costo di Euro 14.238,00 IVA inclusa, avente natura di "INVESTIMENTI", relativo al presente provvedimento, è di carattere pluriennale, e le relative quote di ammortamento, a partire dall'esercizio 2010, sono comprese e nel conto economico preventivo e pluriennale con riferimento al centro di responsabilità FESSA.

Allegati:

Allegato sub A) I Verbale

Allegato sub B) II Verbale

Allegato sub C) III Verbale

Allegato sub D) IV Verbale

I° VERBALE

PROCEDURA IN ECONOMIA

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 BILANCIA MICROANALITICA

SPECIFICA PER PESATA FILTRI E

MEMBRANE PM10 E PM 2,5

L’anno 2010 (duemiladieci) del mese di Giugno del giorno 11 (undici) alle ore 10,20 presso *la sede della Sezione Provinciale di Arpa, sita in Ferrara, Via Chiesuol del Fosso n. 534*, si apre la seduta pubblica della commissione giudicatrice, nominata con lettera del Direttore della Sezione, per l’esame delle offerte per l’affidamento con procedura in economia *della fornitura di N. 1 BILANCIA MICROANALITICA SPECIFICA PER PESATA FILTRI E MEMBRANE PM10 e PM 2,5 valore presunto Euro 20.000,00 IVA esclusa.*

Sono presenti tutti i componenti della Commissione:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| - Milan Claudia | Presidente |
| - Mingozzi M.Rita | Componente |
| - Leuci Paola | Componente supplente |
| - M. Gabriella Marescotti | Segretario |

La Commissione constata che *non sono presenti* rappresentanti delle ditte offerenti.

Dell’avvenuto avvio della procedura è stata resa pubblicità con avviso sul sito internet dell’Arpa Emilia Romagna con contestuale pubblicazione degli atti di gara in data 30/03/2010.

La commissione prende atto che con lettera d’invito prot. PGFE/2010/2598 del 5/05/2010 sono state invitate a presentare offerta per la *fornitura di n. 1 bilancia mi-*

croanalitica specifica per pesata filtri e membrane PM10 e PM 2,5 le ditte di seguito individuate:

1. Optolab Instruments Srl Via Buozzi, 13 41033 Concordia MO
2. Incofar S.r.l. Via Staffette Partigiane, 30 41122 Modena
3. Bilatron Via Maestri del Lavoro 7 05100 Terni
4. Mettler – Toledo Spa Via Vitalba, 42 20026 Novate Milanese
5. Sartorius Mechatronics Italy Srl Viale Alfonso casati, 4 20053 Muggiò Mi
6. Gibertini Elettronica Srl Via Bellini n. 29 20026 Novate Milanese (MI)

La Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai seguenti elementi definiti al punto 3 della lettera d'invito e di seguito indicati:

TABELLA VALUTAZIONE TECNICA	
Componente da valutare	VALUTAZIONE TECNICA <i>max 55 punti</i>
Specifiche tecniche	38
Accessori richiesti	10
Formazione	2
Durata della garanzia superiore a 24 mesi	5

TABELLA VALUTAZIONE ECONOMICA	
Componente da valutare	VALUTAZIONE ECONOMICA <i>max 45 punti</i>
Quotazione fornitura della bilancia microanalitica richiesta nelle specifiche 1) – 9)	30

Termini di pagamento (*)	5
Interessi di mora (**)	5
Quotazione servizio di manutenzione di cui al punto 10)	5
Totale	Punti 100

(*) Termine di pagamento (*max 5 punti*):

- 5 punti ai concorrenti che scelgono pagamenti a 90 giorni;
- 1 punto a quelli che scelgono pagamenti a 60 giorni;
- 0 punti a quelli che scelgono pagamenti a 0 giorni.

(**) Interessi di mora (*max 5 punti*):

- 5 punti ai concorrenti che applicano gli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 3 punti, a decorrere dal 31° giorno successivo alla scadenza;
- 0 punti per quelli che optano per interessi di mora al tasso Bce maggiorati di 7 punti e le ulteriori eventuali penalità.

Per la valutazione tecnica dell'offerta i punteggi saranno così attribuiti, sulla base della relazione tecnica prodotta dal Fornitore.

Per la valutazione economica i punteggi verranno assegnati con criterio inversamente proporzionale, esclusi i parametri: termini di pagamento e interessi di mora.

PREMESSO:

- che entro il termine di scadenza indicato nella lettera d'invito, le ore 13.00 del 21 maggio 2010, sono pervenute, in plichi sigillati, le offerte delle seguenti ditte:

1. Sartorius Mechatronics Italy Srl (Prot. ARPA PGFE/2010/3046 del 21/05/2010)
2. Bilatron (Prot. ARPA PGFE/2010/2995 del 20/05/2010)
3. Incofar Srl – offerta tramite fax (Prot. ARPA PGFE/2010/3036 del 21/05/2010)
4. Opto-lab Instruments Srl (Prot. ARPA PGFE/2010/3008 del 20/05/2010)

5. Mettler – Toledo SpA, pervenuta tramite corriere in data 19/05/2010 ore 9:45
(prot. ARPA PGFE/2010/3149 del 26/05/2010)

- che il plico pervenuto dalla Ditta Opto-lab (prot. ARPA PGFE/2010/3008 in data 20/05/2010) è stato aperto erroneamente dall'operatore dell'Ufficio Protocollo e che conseguentemente il Responsabile del Procedimento ha provveduto a comunicare a tutte le ditte invitate, la riapertura del termine di presentazione delle offerte prorogando ne la scadenza alle ore 13.00 del 10/06/2010, con nota prot. PGFE/2010/3068 del 21/05/2010, anticipata via fax e trasmessa con raccomandata a/r. All. 1 al presente verbale.

- che la nota suddetta prevedeva in alternativa, la possibilità di confermare entro il suddetto termine, la validità dell'offerta precedentemente trasmessa, così come nel caso di silenzio da parte della Ditta.

- che la Ditta Optolab ha richiesto (telefonicamente) la trasmissione della documentazione di gara (lettera d'invito e capitolato d'oneri), documentazione inoltrata da ARPA con nota prot. PGFE/2010/3330 del 3/06/2010, tramite racc. a/r.

Tutto quanto premesso, LA COMMISSIONE prende atto dei plichi regolarmente pervenuti entro le ore 10.00 del giorno 10.06.2010 dalle seguenti Ditte:

1. Sartorius Mechatronics Italy Srl (Prot. ARPA PGFE/2010/3046 del 21/05/2010)
Offerta confermata valida dalla Ditta con nota del 3/06/2010 Prot. ARPA PGFE/2010/3324 del 3/06/2010
2. Bilatron (Prot. ARPA PGFE/2010/2995 del 20/05/2010)

Offerta confermata valida dalla Ditta con nota del 24/05/2010 prot. ARPAPG-FE/3125 del 25/05/2010

3. Opto-lab Instruments Srl (Prot. ARPA PGFE/2010/3372 del 7/06/2010)

4. Mettler – Toledo SpA (prot. ARPA PGFE/2010/3149 del 26/05/2010)

Offerta confermata valida dalla Ditta con nota del 25/05/2010 prot. ARPAPG-FE/3152 del 26/05/2010

5. Incofar srl (prot. PGFE/2010/3273 del 31/05/2010)

Prima di procedere all'apertura dei plichi il Presidente prende atto che il plico della Ditta Optolab non è integro; osserva che le sigle apposte sui 3 lati della busta sono integre e leggibili mentre, invece, la busta presenta un lieve strappo in corrispondenza dell'adesione della cartolina di ricevuta della raccomandata a/r, ipotizza che lo strappo possa essere dipeso da un'adesione accidentale con altra posta consegnata insieme.

Il Presidente propone ai componenti della commissione di considerare regolare il plico pervenuto dalla Ditta Optolab ritenendo valida l'offerta. La commissione all'unanimità si esprime favorevolmente.

Si procede all'apertura dei plichi per il controllo documentale e la commissione accerta che le Ditte Sartorius Mechatronics Italy Srl, Bilatron, Opto-lab Instruments Srl e Mettler – Toledo SpA hanno presentato documentazione conforme a quanto richiesto nella lettera di invito.

Per quanto riguarda la Ditta Incofar Srl:

- atteso che all'apertura del plico della Ditta INCOFAR è stato riscontrato immediatamente che l'offerta economica non era stata inserita in busta chiusa separata;

- considerato che non è stato espressamente previsto nella lettera d'invito, che l'offerta economica dovesse essere contenuta in apposita busta chiusa – a pena di esclusione;

la Commissione ha ritenuto di ammettere ugualmente la Ditta Incofar alla prosecuzione del procedimento e di inserire l'offerta suddetta in una busta chiusa sigillata e firmata dal Presidente, considerando che tale offerta non è stata visionata da alcuno dei membri della Commissione.

La Commissione termina la seduta pubblica, e rimanda alle ore 10 del 14 giugno 2010 il proseguimento dei lavori in seduta riservata per la valutazione delle relazioni tecniche presentate dalle ditte offerenti.

I lavori della Commissione terminano alle ore 13:00

- | | | |
|---|-------------------------|----------------------|
| - | Milan Claudia | Presidente |
| - | Mingozzi M.Rita | Componente |
| - | Leuci Paola | Componente supplente |
| - | M. Gabriella Marescotti | Segretario |

	che offre specifiche superiori a quelle base
un totale di massimo 6 punti	per il rispetto dell'integrabilità della bilancia con la cabina per il condizionamento filtri ACTIVA "CLIMATIC" della ditta AQUARIA e il mantenimento delle condizioni ottimali per il condizionamento dei filtri (Temperatura di (20±1) °C e umidità relativa di (50±5)%)
un totale di massimo 6 punti	per la taratura dello strumento con rilascio di certificato da parte di un centro di taratura convenzionato SIT
un totale di massimo 11 punti	attribuiti in base alle ulteriori caratteristiche delle offerte (materiale della camera di pesata per limitare l'influenza delle cariche elettrostatiche, Sistema di calibrazione, Collegamento (RS232e/o USB e/o Bluetooth) e Elementi aggiuntivi offerti)

- 2) ACCESSORI RICHIESTI (MAX 10 PUNTI): tale punteggio sarà assegnato in base alla presenza o assenza dell'accessorio nell'offerta, con maggiore peso agli accessori più costosi (es. Kit antistatico);
- 3) FORMAZIONE (MAX 2 PUNTI): tale punteggio sarà assegnato applicando il criterio direttamente proporzionale in base alla durata della formazione offerta;
- 4) GARANZIA (MAX 5 PUNTI): tale punteggio sarà assegnato applicando il criterio direttamente proporzionale in base alla durata della garanzia offerta superiore a quella già stabilita pari a 24 mesi (punto 11 Disciplinare Tecnico).

La Commissione procede alla valutazione tecnica delle offerte pervenute e dopo approfondita disamina verifica che le Ditte Sartorius e

Mettler hanno offerto una soluzione tecnica rispondente alle specifiche del disciplinare tecnico ed adeguata alle esigenze di Arpa.

Le Ditte Optolab e Incofar vengono escluse dalla gara poichè le bilance proposte non rispondono al requisito tecnico minimo richiesto relativo alla “specificata minima della *Riproducibilità*” come indicato espressamente sia al punto 2 del disciplinare tecnico sia nell'allegato A al capitolato d'onori.

Per quanto riguarda la proposta tecnica della Ditta Bilatron, la Commissione rileva dall'offerta tecnica che la *Precisione* e la *Riproducibilità* sono rispettivamente pari a 0.001g e $\pm 0.001g$ per il modello di bilancia proposto che, da ricerca Internet, risulta avere, invece, *Precisione* 0.001mg e *Riproducibilità* $\pm 0.001mg$. Non avendo la Ditta fornito una scheda tecnica, la Commissione ritiene di invitare la ditta Bilatron a fornire chiarimenti in ordine all'unità di misura, in base ai quali stabilire se accogliere o escludere l'offerta stessa. Inoltre la Ditta non dichiara espressamente l'integrabilità della bilancia con la cabina per il condizionamento filtri ACTIVA "CLIMATIC" della Ditta ACQUARIA (come richiesto nel disciplinare tecnico – All. A al Capitolato d'onori) e le caratteristiche del Kit antistatico offerto.

La Commissione rinvia alla ricezione dei chiarimenti summenzionati la valutazione tecnica con attribuzione del punteggio dell'offerta della Ditta Bilatron e dei punteggi finali.

Il Presidente pianifica i termini per la ricezione dei chiarimenti della ditta Bilatron indicando come termine ultimo il g. 29/06/2010; aggiorna la seduta conclusiva della fase di valutazione tecnica al

III° VERBALE

PROCEDURA IN ECONOMIA

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 BILANCIA MI-

CROANALITICA SPECIFICA PER PESATA FILTRI E MEMBRANE

PM10 E PM 2,5

L’anno 2010 del mese di Luglio del giorno 22 (ventidue) alle ore 11,00 presso *la sede della Sezione Provinciale di Arpa, sita in Ferrara, Via Chiesuol del Fosso n.534*, si apre la seduta riservata della commissione giudicatrice per la valutazione tecnica delle offerte, nominata dal Direttore della Sezione.

Sono presenti tutti i componenti della commissione di gara:

- Milan Claudia Presidente
- Mingozzi M.Rita Componente
- Leuci Paola Componente supplente
- M. Gabriella Marescotti Segretario

Il Presidente da lettura del verbale tecnico del 14/06/2010 dal quale si evince che in data odierna la Commissione si riunisce per la conclusione della fase di valutazione tecnica delle offerte pervenute e per l’attribuzione dei punteggi finali.

La Commissione prende atto che in data 16/07/2010 con nota prot. PGFE/2010/4373 (All. al presente verbale) è stata inviata tramite fax la comunicazione della data di apertura delle offerte economiche fissata in seduta pubblica il 23/07/2010 alle ore 10.00, alle Ditte offerenti, di seguito elencate:

1. Optolab Instruments Srl Via Buozzi, 13 41033 Concordia MO

2. Incofar S.r.l. Via Staffette Partigiane, 30 41122 Modena
3. Bilatron Via Maestri del Lavoro 7 05100 Terni
4. Mettler – Toledo Spa Via Vitalba, 42 20026 Novate Milanese
5. Sartorius Mechatronics Italy Srl Viale Alfonso casati, 4 20053 Muggiò Mi

La Commissione prende inoltre atto che entro le ore 13.00 del 29/06/2010, precisamente in data 26/06/2010, la Ditta Bilatron ha inviato un fax di risposta ai chiarimenti richiesti con nota prot. PGFE/2010/3855 del 24/06/2010 in merito alla relazione tecnica presentata. Le rispettive note costituiscono All. al presente verbale.

La Commissione ritiene la nota di risposta della Ditta Bilatron esaustiva. Per quanto riguarda l'ammissibilità alla gara i chiarimenti forniti rispondono ai requisiti tecnici minimi di *Precisione e Riproducibilità* richiesti dal punto 2 del disciplinare tecnico e dall'All. A del capitolato d'oneri. Pertanto la Ditta Bilatron non è esclusa dalla gara.

La Commissione procede quindi con l'attribuzione definitiva dei punteggi finali relativi all'offerta tecnica delle Ditte risultate idonee al proseguimento della gara, come indicati nella tabella di seguito riportata:

IV ° VERBALE

PROCEDURA IN ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 BILANCIA MICROANALITICA SPECIFICA PER PESATA FILTRI E MEMBRANE PM10 E PM 2,5

L’anno 2010 (duemiladieci) del mese di Luglio del giorno 23 (ventitré) alle ore 10,25 presso la sede *della Sezione Provinciale di Arpa, sita in Ferrara, Via Bologna n. 534*, si apre la seduta pubblica della commissione giudicatrice, nominata dal Direttore della Sezione Prov.le ARPA di Ferrara.

Sono presenti tutti i componenti della commissione di gara:

- Milan Claudia Presidente
- Mingozzi M.Rita Componente
- Leuci Paola Componente Supplente
- M. Gabriella Marescotti Segretario

Premesso che con nota Prot. PGFE/2010/4373 del 16/07/2010 sono state convocate le ditte offerenti via fax per l’odierna riunione in seduta pubblica dedicata all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, di cui al III° verbale del 22/07/2010.

Sono presenti per assistere alla seduta i rappresentanti/titolari delle ditte offerenti :

1. sig. Guicciardi Daniele CI AM7108757 con delega per la ditta Incofar S.r.l. Via Staffette Partigiane, 30 41122 Modena

2. sig. Claudio Paiola CI AR8123937 con delega per la ditta Mettler – Toledo Spa Via Vitalba, 42 20026 Novate Milanese
3. sig. Massimo Ferrarini CI AK4239351 con delega per la ditta Sartorius Mechatronics Italy Srl Viale Alfonso casati, 4 20053 Muggiò Mi

Le deleghe sono acquisite agli atti.

Il Presidente dà pubblica lettura dei punteggi attribuiti alle relazioni tecniche delle ditte, secondo le risultanze riportate nel III° verbale del 22/07/2010 – di seguito riportate in Tabella A. Il Presidente comunica che le Ditte Optolab e Incofar sono state escluse dal proseguimento della gara poiché le bilance proposte non rispondono al requisito tecnico minimo richiesto relativo alla “specifica minima della *Riproducibilità*” come indicato espressamente al punto 2 del disciplinare tecnico allegato A al capitolato d’oneri.

TABELLA A

PUNTI ASSEGNATI					
VALUTAZIONE TECNICA	Sartorius	Mettler	Bilatron	Optolab	Incofar
SPECIFICHE TECNICHE (MAX 38 PUNTI)	38.0	38.0	36.0	n.c.	n.c.
ACCESSORI RICHIESTI (MAX 10 PUNTI)	10.0	10.0	8.0	n.c.	n.c.
FORMAZIONE (MAX 2 PUNTI)	2.0	2.0	2.0	n.c.	n.c.
GARANZIA (MAX 5 PUNTI)	5.0	0.8	0.0	n.c.	n.c.
TOTALE PUNTEGGI TECNICI (MAX 55 PUNTI)	55.0	50.8	46.0	n.c.	n.c.

Prima di procedere alla fase di valutazione economica la Commissione stabilisce in dettaglio l'attribuzione dei seguenti punteggi :

1. “Quotazione fornitura della bilancia microanalitica richiesta nelle specifiche 1) – 9)” (MAX 30 PUNTI) - Il punteggio sarà assegnato applicando il criterio inversamente proporzionale in base al prezzo

$$X = 30 * (\text{prezzo offerto più basso} / \text{prezzo offerta da valutare})$$

2. “quotazione servizio di manutenzione di cui al punto 10)” del disciplinare tecnico (MAX 5 PUNTI) - Tale punteggio sarà ripartito nel seguente modo:

un totale di massimo 3 punti	applicando il criterio inversamente proporzionale in base al prezzo relativo a una visita/anno
un totale di massimo 2 punti	applicando il criterio direttamente proporzionale in base alla maggior durata della garanzia offerta

Il Presidente dispone l'apertura delle offerte economiche delle Ditte ammesse alla valutazione economica:

4. Bilatron Via Maestri del Lavoro 7 05100 Terni
5. Mettler – Toledo Spa Via Vitalba, 42 20026 Novate Milanese
6. Sartorius Mechatronics Italy Srl Viale Alfonso casati, 4 20053 Muggiò Mi

Il Presidente dà pubblica lettura delle offerte economiche riportate di seguito:

TABELLA B

OFFERTA ECONOMICA			
DITTA	BILATRON	METTLER	SARTORIUS ME- CHATRONICS ITALY
Prezzo offerto per quotazione fornitura della bilancia microa- nalitica richiesta nelle specifiche 1) – 9) (MAX 30 PUNTI)	€ 18.500,00	€ 16.00,00	€ 11.865,00
Termini di pagamento	-	-	90gg d.f.f.m.
Interessi di mora	-	-	t.u.s. + 3punti dal 31° g
Quotazione Servizio manutenzione di cui al punto 10) Discipli- nare Tecnico	€ 450,00 cad visita/anno	€ 890,00 cad vi- sita/anno	€ 290,00 cad vi- sita/anno

Si procede ad assegnare i punteggi per la valutazione economica, secondo la seguente tabella:

TABELLA C

PUNTI ASSEGNATI				
VALUTAZIONE ECONOMICA		Sartorius	Mettler	Bilatron
Quotazione fornitura della bilancia microanalitica richiesta nelle specifiche 1) – 9) (MAX 30 PUNTI)		30,00	22,25	19,24
Termini di pagamento (*) (MAX 5 PUNTI)		5	–	–
Interessi di mora (**) (MAX 5 PUNTI)		5	–	–
Quotazione servizio di manutenzione di cui al punto 10) (MAX 5 PUNTI)	MAX 3	3	1,0	1,9
	MAX 2	2	1,4	1,3
TOTALE PUNTEGGI ECONOMICI (MAX 45 PUNTI)		45,00	24,67	22,51

Il Presidente sospende la seduta pubblica dalle ore 11:20 alle ore 12:20 per verificare la corrispondenza tra l'offerta economica e la proposta tecnica delle Ditte ammesse.

Si riporta di seguito il riepilogo dei punteggi finali tecnici ed economici:

TABELLA D

CRITERI	Punti disp.	DITTA BILATRON	DITTA METTLER	DITTA SARTORIUS ME- CHATRONICS ITALY
Valutazione tecnica	55	46.0	50.8	55.0
Valutazione economica	45	22,5	24,7	45.0
Totale punti assegnati		68,5	75,5	100,0

Alle ore 12:20 il Presidente riprende la seduta pubblica alla presenza del rappresentante della Ditta Sartorius Mechatronics Italy Srl, sig. Massimo Ferrarini.

Il Presidente da lettura dei punteggi relativi alla valutazione economica attribuiti ad ogni concorrente in base all'offerta, e del punteggio complessivo assegnato.

Dalle risultanze dei punteggi totali assegnati la Commissione aggiudica *la fornitura di N. 1 Bilancia microanalitica specifica per pesata filtri e membrane PM10 e PM 2,5 in via provvisoria*, in favore della Ditta Sartorius Mechatronics Italy Srl. Ritenendo congrua l'offerta con i prezzi di mercato, la Com-

missione dispone la trasmissione degli atti al Direttore di Sezione per l'ado-
zione della determina di aggiudicazione.

La seduta pubblica termina alle ore 12:25.

I componenti la commissione:

- Milan Claudia, Presidente _____
- Mingozzi M.Rita, Componente _____
- Leuci Paola, Componente Supplente _____
- M. Gabriella Marescotti, Segretario _____

N. Proposta: PDTD-2010-580 del 05/08/2010

Centro di Responsabilità: Sezione Di Ferrara

OGGETTO: Sezione Provinciale di Ferrara. Aggiudicazione, mediante procedura in economia, della fornitura di n. 1 bilancia microanalitica specifica per pesata filtri e membrane PM10 e PM2,5, alla Ditta Sartorius Mechatronics Italy Srl di Muggiò (MB). Importo Euro 14.238,00 IVA inclusa. Oneri per la sicurezza Euro 00,00

PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Recca Lisa, Responsabile Amministrativo/a di Sezione Di Ferrara, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 05/08/2010

Il/La Responsabile Amministrativo/a
