

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2012-734	del 07/11/2012
Oggetto	Sezione Provinciale di Reggio Emilia. Aggiudicazione della fornitura di n. 1 Campionatore a diluizione dinamica e di n. 1 Sonda di prelievo da 1 metro alla ditta Mega System srl di Bareggio (MI), a seguito procedura in economia ex art. 125 D.Lgs 163/2006. Importo euro 4.235,00 IVA inclusa. CIG ZCB067E4FC	
Proposta	n. PDTD-2012-734 del 06/11/2012	
Struttura adottante	Sezione di Reggio	
Dirigente adottante	Capuano Fabrizia	
Struttura proponente	Servizio Territoriale	
Dirigente proponente	Frasconi Michele	
Responsabile del procedimento	Frasconi Michele	

Questo giorno 07 (sette) novembre 2012 presso la sede di Via Amendola, 2 in Reggio Emilia, il Direttore della Sezione di Reggio, Dott.ssa Capuano Fabrizia, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Sezione Provinciale di Reggio Emilia. Aggiudicazione della fornitura di n. 1 Campionatore a diluizione dinamica e di n. 1 Sonda di prelievo da 1 metro alla ditta Mega System srl di Bareggio (MI), a seguito procedura in economia ex art. 125 D.Lgs 163/2006. Importo euro 4.235,00 IVA inclusa. CIG ZCB067E4FC

RICHIAMATE:

- la DDG n. 85 del 22/12/2011 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2012-2014, del Piano Investimenti 2012-2014, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2012 e del Budget generale e della Programmazione di cassa per l'esercizio 2012";
- la DDG n. 86 del 22/12/2011 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione Linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio e investimenti 2012";
- l'art. 125 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e l'art. 10 della L.R. 21 dicembre 2007 n. 28;
- la DDG n. 67 del 13/09/2011 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento ARPA che disciplina le spese per le forniture di beni e servizi in economia (R0602/DG) ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 10 della L.R. ER 21 /12/2007 n. 28;

PREMESSO:

- che il Servizio Territoriale ha evidenziato la necessità di acquisire un campionatore a diluizione dinamica e n. 1 sonda di prelievo da 1 metro al fine di effettuare campionamenti di emissioni umide;

DATO ATTO:

- che il Responsabile del procedimento, dott. Michele Frascari, ai sensi dell'art. 2 "Casi di ricorso al sistema delle spese in economia" e all'art. 5 "Modalità di esecuzione delle spese in economia" del sopra citato regolamento, ha interpellato le seguenti tre ditte del ramo, mediante trasmissione di lettera d'invito (All. A):

Zambelli srl di Bareggio (MI),

Mega System srl di Bareggio (MI)

TCR Tecora srl di Corsico (MI);

- che entro il termine previsto sono pervenute tutte e tre le offerte delle suddette ditte;

VERIFICATO:

- che dall'esame delle offerte pervenute è stato redatto specifico Prospetto comparativo delle offerte (All. B), parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- che dal suddetto verbale risulta aggiudicataria la ditta Mega System srl di Bareggio (MI) la quale ha presentato un'offerta per un importo di euro 3.500,00 più IVA 21% per un importo totale di euro 4.235,00;

RITENUTO:

- pertanto di approvare la lettera d'invito all. sub A) allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
- di aggiudicare alla ditta Mega System srl di Bareggio (MI) la fornitura di n. 1 Campionatore a diluizione dinamica e n. 1 Sonda di prelievo da 1 metro al prezzo di euro 3.500,00 IVA esclusa come da offerta della ditta medesima, acquisita agli atti dalla Sezione di Reggio Emilia;

PRESO ATTO:

- del trasferimento di Budget dal Centro di Costo della Direzione Tecnica a quello della Sezione Provinciale di Reggio Emilia, a seguito di autorizzazione del Responsabile dell'Area Vigilanza e Controllo;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile del Servizio Territoriale dott. Michele Frascari, che ha espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica e amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 4, 5 e 6 della Legge 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, il dott. Michele Frascari;
- del parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento ARPA sul decentramento amministrativo, dal referente amministrativo della Sezione Provinciale di Reggio Emilia, dott. Andrea Gobbi;
- che si attende, ai fini dell'art. 9 del D.L. 01/07/2009 n. 78, convertito nella Legge 03/08/2009 n. 109 all'art. 9, che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla DDG n. 99/09, confermata con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2012- Linee guida" della DDG n. 86 del 22/12/2011;

DETERMINA

1. di approvare gli atti della procedura in economia attivata, lettera d'invito, in allegato sub A) e il Prospetto Comparativo delle offerte allegato sub. B) al presente atto;
2. di aggiudicare, su proposta del Responsabile del Procedimento, alla ditta Mega System srl di Bareggio (MI) la fornitura di n. 1 Campionatore a diluizione dinamica e di n. 1 Sonda di

- prelievo da 1 metro al prezzo di euro 3.500,00 IVA esclusa, come da offerta della ditta medesima acquisita agli atti dalla Sezione di Reggio Emilia;
2. dare atto che il costo complessivo di € 4.235,00 IVA compresa, avente natura di "investimenti" e le relative quote di ammortamento, a partire dall'esercizio 2012 sono comprese nel conto economico preventivo annuale e pluriennale con riferimento al centro di responsabilità Servizio Territoriale.

IL DIRETTORE DI SEZIONE
(F.to Dott.ssa Fabrizia Capuano)

Protocollo n. _____ del _____

Si prega di citare il protocollo nella risposta

Spett.le ditta _____

RACCOMANDATA R.R.

Oggetto procedura in economia ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 163/2006 e art. 10 della L.R. Emilia Romagna 21/12/2007 n. 28.
: **RICHIESTA DI PREVENTIVO** per la fornitura di n. 1 Campionatore a diluizione dinamica e n. sonda di prelievo.
Importo massimo Euro (IVA esclusa) 4.700,00.
Numero CIG: ZCB067E4FC
Numero CUP: J81J1200046002

L'Agenzia Regionale Prevenzione per l'Ambiente dell'Emilia Romagna (di seguito ARPA), Sezione provinciale di Reggio Emilia, intende svolgere una procedura in economia per l'affidamento della fornitura di **n. 1 Campionatore a diluizione dinamica e n. 1 sonda di prelievo.**

La Società in indirizzo è invitata a partecipare alla suddetta procedura.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore indicato pari ad Euro 4.700,00 (IVA esclusa).

1 OGGETTO DELLA FORNITURA, CARATTERISTICHE, LUOGO DI CONSEGNA, TEMPISTICA.

Oggetto dell'affidamento è la fornitura di n. **n. 1 Campionatore a diluizione dinamica e n. 1 sonda di prelievo.**

Le attrezzature dovranno possedere le seguenti caratteristiche/prestazioni da intendersi come requisiti minimi richiesti.

Lo strumento Campionatore a diluizione dinamica deve realizzare la diluizione dinamica di un flusso gassoso, purificando l'aria di zero tramite un filtro multistadio (o coppia di filtri monostadio in serie) contenente gel di silice e carboni attivi.

I flussi sono regolabili indipendentemente.

Range di misura minimo: 0,2 – 1,1 l/min

Flussimetro con scala di regolazione di 0,1 l/min o meno

Controllo del volume attraverso contatore volumetrico a secco (errore massimo $\pm 2\%$) su ognuna delle due linee.

Controllo della temperatura per entrambi i contatori volumetrici.

Batteria con autonomia di almeno 5 h al flusso massimo di funzionamento

Trappola in gel di silice a protezione della linea di aspirazione principale a valle del quale è collocato un filtro di protezione polveri per lo strumento

Compensazione automatica delle perdite di carico

Peso massimo: 12 kg batterie incluse

Alimentazione a 220V o con batterie integrate nello strumento

Sonda di prelevamento, con tubo di prelievo da 1 metro.

Sonda riscaldata con connettore per l'aria purificata in entrata e per l'aria diluita in uscita; dovranno essere presenti camera di diluizione e alloggiamento per filtro di protezione della linea.

Manuale d'uso in Italiano

Corso d'utilizzo e manutenzione base alla consegna di almeno 1 ora

Garanzia valida 2 anni.

I beni oggetto della fornitura dovranno essere consegnati in Reggio Emilia, Via Amendola 2.

2 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire in un plico chiuso con la dicitura **PROCEDURA IN ECONOMIA PER FORNITURA DI n. 1 Campionatore a diluizione dinamica e n. 1 sonda di prelievo**, entro e non oltre le **ore 13,00 del 19 ottobre 2012**, indirizzata a:

ARPA Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna

Sezione provinciale di Reggio Emilia, Via Amendola 2, 42122 Reggio Emilia.

L'offerta dovrà indicare il corrispettivo per il costo della strumentazione richiesta (IVA esclusa).

L'offerta dovrà inoltre essere corredata da:

1. copia della **richiesta di preventivo** firmato dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa offerente, o da un suo Procuratore, quale incondizionata accettazione delle condizioni in essi riportate;
2. **documentazione tecnica** descrittiva dei beni offerti;
3. **modello dichiarazione sostitutiva compilato**;
4. **DURC aggiornato**,
5. **dichiarazione di tracciabilità**,
6. **scheda per l'effettuazione dell'offerta**.

Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni accessorie unilaterali, a pena di nullità.

L'offerta economica, valida 180 giorni dalla presentazione, deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di contrasto tra le condizioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile.

I prezzi offerti sono fissi ed invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa, ivi, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad attività di trasporto e consegna "al piano".

3 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA.

La scelta della migliore offerta sarà effettuata dal Resp. del proc.to, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai seguenti parametri:

- valore tecnico: max punti 30 come specificati e dettagliati di seguito:

Presenza di possibilità di programmazione durata del campionamento: punti 10

Presenza di memorizzazione dei dati di campionamento: punti 5

Presenza di possibilità, tramite semplici operazioni, ovvero senza bisogno di attrezzature, di utilizzare l'apparato come due strumenti di campionamento funzionanti in parallelo: punti 15

- prezzo: max punti 70 con formula proporzionata sul miglior prezzo.

Al fine di agevolare le operazioni di valutazione si richiede di compilare l'allegata scheda per l'effettuazione dell'offerta, barrando le caselle ivi presenti, di timbrarla e firmarla.

ARPA si riserva di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto anche qualora risultasse pervenuta una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua in relazione ai prezzi di mercato.

Qualora l'offerta presenti un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, ARPA si riserva di chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di escluderla dalla procedura con provvedimento motivato.

ARPA si riserva la facoltà di non affidare la fornitura.

La conferma definitiva della fornitura avverrà con lettera d'ordine a firma del Direttore della Sezione provinciale di Reggio Emilia.

4 FATTURAZIONE PAGAMENTI.

La fattura, da emettersi al positivo collaudo della fornitura, dovrà:

- riportare il numero dell'ordine;
- intestata e spedita ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna, Via Po 5, 40139 Bologna, P.IVA/C.F. 04290860370;
- specificare le coordinate bancarie, il n. c/c bancario di appoggio e l'IBAN.

Il mancato rispetto di dette condizioni sospende i termini di pagamento.

Il pagamento sarà effettuato nei termini del D.lgs. 231/2002, salvo diversa pattuizione con il fornitore aggiudicatario.

A tal fine si chiede di dichiarare l'eventuale disponibilità ad accettare clausola di pagamento a 90 giorni, come da prassi commerciale del settore.

In caso di ritardo nei pagamenti, sono dovuti al Fornitore gli interessi di mora in misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di sette punti.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

5	EVENTUALI CHIARIMENTI.
----------	-------------------------------

Per chiarimenti di carattere amministrativo si invita a rivolgersi a Dott. Gobbi Andrea tel. 0522/336044 – e-mail agobbi@arpa.emr.it

Per chiarimenti di carattere tecnico si invita a rivolgersi al P.I. Vivi Bruno tel. 0522/851196 – e-mail bvivi@arpa.emr.it

Distinti saluti.

Il responsabile del procedimento
(Dott. Frascari Michele)

Documenti allegati:

- 1) **modulo dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà;**
- 2) **modello tracciabilità,**
- 3) **scheda per l'effettuazione dell'offerta.**

PROCEDURA IN ECONOMIA
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PER LA FORNITURA DI N. 1
CAMPIONATORE A DILUIZIONE DINAMICA E N1 SONDA DI PRELIEVO

(VALORE < €. 20.000,00)

PROSPETTO COMPARATIVO OFFERTE

Riferimento Invito Lettera prot. PGRE/2012/52639 del 25 settembre 2012.

Invitati:

1. ditta TCR TECORA s.r.l. Via A. voltea n. 22, Corsico (MI);
2. ditta Zimbelli s.r.l. Via Torino n. 14, Bareggio (MI);
3. ditta MEGA SYSTEM s.r.l. Via don Fracassi n. 41, Bareggio (MI).

Offerte pervenute:

1. ditta TCR TECORA s.r.l. Via A. voltea n. 22, Corsico (MI);;
2. ditta Zimbelli s.r.l. Via Torino n. 14, Bareggio (MI);
3. ditta MEGA SYSTEM s.r.l. Via don Fracassi n. 41, Bareggio (MI).

Premesso che tutte le ditte offerenti hanno risposto in modo soddisfacente ai requisiti minimi richiesti, richiamato quanto stabilito all'art. 3 della lettera d'invito, **criterio dell'offerta più vantaggiosa**, si passa ad esaminare in dettaglio le offerte pervenute.

La valutazione delle offerte sono contenute nelle seguenti tabelle.

Riepilogativo punteggi: parte economica

	TCR TECORA	ZAMBELLI	MEGA SYSTEM
Importo offerta (IVA escl.) euro	3760	3950	3500
P.ti assegnati	65,16	62,03	70

Riepilogativo punteggi: parte tecnica

	TCR TECORA	ZAMBELLI	MEGA SYSTEM
Punteggio totale delle specifiche tecniche opzionali	30	30	30
P.ti assegnati	30	30	30

Riepilogativo punteggi: parte tecnica + economica

	TCR TECORA	ZAMBELLI	MEGA SYSTEM
Parte tecnica	30	30	30
Parte economica	65,16	62,03	70
TOTALI	95,16	92,03	100

Si affida, pertanto, la fornitura alla MEGA SYSTEM s.r.l. che ha totalizzato punti 100,00 per l'importo di €. 3.500.00 + IVA 21% per un totale di €. 4.235.00.

Reggio Emilia li ___/___/_____

Il Responsabile del procedimento

Per validazione il richiedente Responsabile del Servizio

N. Proposta: PDTD-2012-734 del 06/11/2012

Centro di Responsabilità: Sezione di Reggio

OGGETTO: Sezione Provinciale di Reggio Emilia. Aggiudicazione della fornitura di n. 1 Campionatore a diluizione dinamica e di n. 1 Sonda di prelievo da 1 metro alla ditta Mega System srl di Bareggio (MI), a seguito procedura in economia ex art. 125 D.Lgs 163/2006. Importo euro 4.235,00 IVA inclusa. CIG ZCB067E4FC

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Gobbi Andrea, Responsabile Amministrativo di Sezione di Reggio, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 06/11/2012

Il Responsabile Amministrativo
