

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2013-605	del 13/09/2013
Oggetto	Sezione Provinciale di Piacenza. Affidamento diretto in economia alla ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A. del servizio di riparazione dello spettrometro di massa Delta Plus matr. 7542 per l'importo di € 920,00 oltre IVA.	
Proposta	n. PDTD-2013-618	del 12/09/2013
Struttura adottante	Sezione di Piacenza	
Dirigente adottante	Biasini Giuseppe	
Struttura proponente	Laboratorio Integrato	
Dirigente proponente	Bernardi Daniela	
Responsabile del procedimento	Bernardi Daniela	

Questo giorno 13 (tredici) settembre 2013 presso la sede di Via XXI Aprile, 48 in Piacenza, il Direttore della Sezione Di Piacenza, Dott. Biasini Giuseppe, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Sezione Provinciale di Piacenza. Affidamento diretto in economia alla ditta Thermo Fisher Scientific S.p.a. del servizio di riparazione dello spettrometro di massa Delta Plus matr. 7542 per l'importo complessivo di € 920,00 oltre IVA.

VISTO:

- la D.D.G. n. 75 del 13/12/2012: Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2013-2015, del Piano Investimenti 2013-2015, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2013 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2013;
- la D.D.G. n. 76 del 13/12/2012: Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2013;
- la D.D.G. n. 14 del 15/02/2013: Programma di acquisizione beni e servizi della Sezione Provinciale di Piacenza per l'anno 2013;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., e in particolare l'art. 125 "Lavori, Servizi e forniture in economia";
- gli artt. 329 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs. 163/2006";
- il Regolamento ARPA per le forniture di beni e servizi in economia;

PREMESSO:

- che con Determinazione dirigenziale n. 348 del 21.05.2013 veniva approvato l'affidamento alla ditta Thermo Fisher Scientific S.r.l. di Rodano (MI) del servizio di riparazione dello spettrometro di massa Delta Plus matr. 7546 per un importo di € 1.788,78 oltre IVA;
- che, a seguito di un problema riscontrato nell'analisi con EQ Device, il Responsabile del Laboratorio Integrato della Sezione Provinciale di Piacenza ha manifestato la necessità di procedere con urgenza ad una nuova riparazione dello strumento per non pregiudicare l'attività analitica delle abbondanze isotopiche e che tale riparazione può essere eseguita esclusivamente dalla ditta Thermo Fisher S.p.A. di Rodano (MI), fornitrice dello strumento, come si evince dalla dichiarazione di affidamento diretto, acquisita agli atti, redatta dal Responsabile del procedimento;

VISTA allo scopo:

- la Determinazione dirigenziale n. 56 del 31.01.2013 ad oggetto "Direzione Tecnica. Ordinativo quadriennale di fornitura per servizi di manutenzione di attrezzature di laboratorio - Adesione alla Convenzione Intercent-er - Servizi di manutenzione delle apparecchiature di analisi ambientale 2";

RILEVATO:

- che la strumentazione considerata non è contemplata nella Convenzione tra Intercent-ER e il soggetto aggiudicatario come risulta da un'attenta disamina degli allegati b) e c) della citata Determinazione n. 56/2013;
- che non sono attive Convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che è stata condotta un'indagine sul mercato elettronico della p.a., sul portale Acquistinretepa.it, e sul mercato istituito da Intercenter-ER e che i servizi di cui trattasi non trovano copertura nelle categorie merceologiche oggetto dei predetti mercati elettronici;

RILEVATO inoltre:

- che tale servizio rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate nel regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia;
- che è stato acquisito dal sistema SIMOG il seguente numero di CIG ZC10B6F9F3, ai fini della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione del servizio in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi;

PRESO ATTO:

- che con nota prot. PGPC/2013/4741 del 03.06.2013 si è proceduto a richiedere alla ditta Thermo Fisher l'intervento di riparazione della suddetta strumentazione, subordinando, tuttavia, l'effettiva definizione del costo a presentazione di idoneo consuntivo, in quanto non prevedibile la quantificazione delle eventuali sostituzioni di parti di ricambio e delle ore di lavoro necessarie per ripristinare lo strumento;

CONSIDERATO:

- che in data 06.06.2013, la ditta Thermo Fisher, ha provveduto alla riparazione dello spettrometro di massa Delta Plus controllando il sistema e le valvole e riparando il tubo flessibile tramite saldatura presso un'officina locale;

- che in data 26.08.2013 la medesima ditta ha fatto pervenire il Consuntivo Report ID 693147 (Allegato 1) per un importo di € 920,00 + IVA;
- che il Responsabile del procedimento ha valutato e ritenuto congruo, in relazione alla tipologia di intervento effettuato, il consuntivo presentato dalla ditta Thermo Fisher;

RITENUTO dunque:

- di approvare, a consuntivo, l'intervento di riparazione dello spettrometro di massa Delta Plus matr. 7546 da parte della ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A. di Rodano (MI) e conseguentemente approvare il Consuntivo di spesa n. 693147 del 26.08.2013 per un importo complessivo di € 920,00 + IVA;

DATO ATTO:

- che il costo per la sicurezza relativo all'esecuzione del presente appalto è pari a zero;

PRECISATO:

- che la ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A. ha presentato l'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, ed ha altresì dichiarato la propria regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis, della Legge n. 106/2011;

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (convertito nella Legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2013 – Linee Guida" della D.D.G. n. 76 del 13.12.2012;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile del Laboratorio Integrato, Dott.ssa Daniela Bernardi, la quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa della presente determinazione;

DATO ATTO:

- che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Daniela Bernardi;
- che al Responsabile del procedimento sono assegnate le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. n. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della

regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;

- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile dello Staff Amministrazione, Dott.ssa Manuela Benedetti;

DETERMINA

1. di prendere atto - a consuntivo – dell'avvenuto intervento di riparazione dello spettrometro di massa Delta Plus matr. 7546 da parte della ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A. di Rodano (MI) e conseguentemente di approvare il Consuntivo di spesa n. 693147 del 26.08.2013 per un importo complessivo di € 920,00 + IVA;
2. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
3. di dare atto che al Responsabile del procedimento sono assegnate le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. n. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
5. di dare atto che il costo di € 1.113,20 IVA compresa, avente natura di "**Riparazione attrezzature**" relativo al presente provvedimento, è a carico dell'esercizio 2013 ed è compreso nel conto economico preventivo annuale e pluriennale, con riferimento al centro di responsabilità **PCDT – Laboratorio Integrato**.

Allegato 1) Consuntivo Report ID 693147

IL DIRETTORE DI SEZIONE

(Dott. Giuseppe Biasini)

Dati Cliente
Codice Cliente: 1169418 **Società:** ARPA - Regional Agency for the
Indirizzo: Via XXI Aprile, 48, Piacenza, 29100

Utilizzatore:
Telefono:

Equipment Information
Materiale: 0723132 **Serial #:** SN07542D **Equipment #:** 10078425
DELTA PLUS BASIC INSTRUMENT
Service Order 4848817 **Service Notif.:** 301924722 **Tipo Chiamata:** 0020 Service Request
Data Inizio: 06.06.2013 **Data Fine:** 06.06.2013 **Tipo Intervento:** BILLABLE
FSE: Umberto Traldi **FSE NR:** 39016 **Region:** Lombardia **PO#:** PROT N PGPC/2013/473

Materiale	Quantità	Descrizione	Prezzo
Codice Parte			
Manodopera			
Codice Attività	Quantità	Descrizione	Prezzo
(MN)ACTLAB	6.0	Actual Labour	
(MN)ACTRVL	7.0	Actual Travel Hours	
(MN)P2LABS	2.0	PG2 Labor - Standard	406.00
(MN)P2TZ6S	1.0	PG2 Travel - Zone 6	514.00

Totale Consuntivo	
Item	Prezzo
Materiale	
Manod. /Trasf.	920.00
Spese Varie	
Totale	920.00

Descrizione Guasto
Umberto Traldi on 06.06.2013: problema nell'analisi con EQ device.

Lavoro Effettuato
Umberto Traldi on 06.06.2013: controllato sistema e valvole, trovato tubo flessibile rotto, riparato lo stesso eseguendo una saldatura presso un'officina locale.

Per Accettazione Timbro e Firma:





Data: 19.08.13

N. Proposta: PDTD-2013-618 del 12/09/2013

Centro di Responsabilità: Sezione Di Piacenza

OGGETTO: Sezione Provinciale di Piacenza. Affidamento diretto in economia alla ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A. del servizio di riparazione dello spettrometro di massa Delta Plus matr. 7542 per l'importo di € 920,00 oltre IVA.

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Dott.ssa Benedetti Manuela, Responsabile Amministrativo/a di Sezione Di Piacenza, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 13/09/2013

Il Responsabile Amministrativo/a
