

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2018-23 del 15/01/2018
Oggetto	Servizio Idro-Meteo-Clima: Fornitura e installazione di una stazione meteorologica "Milos package AWS310" e di un cilindro pneumatico nell'apparato autosonda. CIG: Z2321A2B2D.
Proposta	n. PDTD-2018-20 del 11/01/2018
Struttura adottante	Servizio Idro-Meteo-Clima
Dirigente adottante	Paccagnella Tiziana
Struttura proponente	Servizio Idro-Meteo-Clima
Dirigente proponente	Dott.ssa Paccagnella Tiziana
Responsabile del procedimento	Di Lorenzo Michele

Questo giorno 15 (quindici) gennaio 2018 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima, Dott.ssa Paccagnella Tiziana, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 87 del 01/09/2017 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

OGGETTO: Servizio Idro-Meteo-Clima: Fornitura e installazione di una stazione meteorologica "Milos package AWS310" e di un cilindro pneumatico nel l'apparato autosonda. CIG: Z2321A2B2D.

VISTO:

- la D.D.G. n. 127 del 22/12/2017 recante: "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2018-2020, del Piano Investimenti 2018-2020, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2018, del Budget generale e della Programmazione di Cassa per l'esercizio 2018";
- la D.D.G. n. 128 del 22/12/2017 "recante: Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2018";
- il Regolamento per il decentramento amministrativo, come modificato con delibera del Direttore generale n. 87 del 1/09/2017;

RICHIAMATO:

- il dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del Codice, "Procedure per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria" approvate dall'ANAC con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016;
- il Regolamento Arpae per l'affidamento di forniture e servizi sotto soglia comunitaria;

PREMESSO :

- che l'attività giornaliera "radiosondaggio atmosferico" viene realizzata tramite l'apparato Autosonda fornito dalla ditta Vaisala OYJ di Helsinki (Finlandia) e situato presso la Base Meteorologica di S. Pietro Capofiume - Molinella (BO);
- che i radiosondaggi atmosferici e conseguentemente i dati rilevati dagli stessi sono necessari, in particolare, per le proprie attività istituzionali e allo svolgimento delle attività previste nella convenzione di cui alla determinazione n. 1086 del 21/12/2017 avente ad oggetto "Approvazione dell'Accordo di collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile per il progetto MODMET

2018”;

- che con determinazione n.249 del 21/03/2017 è stato affidato il servizio di manutenzione del sistema Autosonda, per il periodo di 24 mesi, alle ditte Eurelettronica ICAS srl di Roma CIG: 68144126AC e Vaisala Oyj di Helsinki CIG: 681438720C;
- che l'apparato Autosonda è composta anche da una stazione meteorologica denominata "MILOS”;
- che la sopracitata stazione è malfunzionante, fornisce dati meteo errati ed è fuori produzione;
- che emerge la necessità di procedere alla sostituzione della stessa con una di nuova produzione e con una versione aggiornata;
- che, a seguito delle segnalazioni di allarme del sistema autosonda e dell'intervento di manutenzione preventiva eseguito il 20/12/2017 è emersa una significativa perdita d'aria dal cilindro di gonfiaggio durante la fase di gonfiaggio pallone, portando al malfunzionamento del sistema autosonda, provocando, talvolta, il blocco del radiosondaggio atmosferico;
- che, per l'affidamento del servizio di manutenzione del sistema Autosonda, la Ditta Vaisala Oyj di Helsinki ha presentato offerta n.56466-1 del 12/01/2017 contenente anche un listino prezzi per la parti di ricambio (Prot. PGSIM/2017/610);
- che, nel listino prezzi vi è la quotazione del cilindro pneumatico 20-50 (Cod. 26735) per Euro 708,00 (IVA esclusa) e la quotazione della stazione meteorologica "Milos Upgrade Package" di Euro 6.900,00 (IVA esclusa);

CONSIDERATO:

- che alla fornitura dei pezzi di ricambio citati provvederà la ditta Vaisala Oyj di Helsinki e all'installazione degli stessi provvederà la ditta Eurelettronica ICAS srl di Roma;
- che è necessario provvedere alla fornitura e installazione di una Milos package al costo di Euro 6.900,00 (IVA esclusa) e di un cilindro pneumatico 20-50 al costo di Euro 708,00 (IVA esclusa);

RITENUTO:

- di procedere, per tutto quanto sopra esposto, all'affidamento della fornitura di un cilindro pneumatico 20-50 e di una Milos package, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d. Lgs. 50/2016, alla ditta Vaisala Oyj di Helsinki come da offerta n. 56466 per un costo complessivo di Euro 7.608,00 (IVA esclusa);

SU PROPOSTA:

- del Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima, dott. ssa Tiziana Paccagnella, che ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa e tecnica del presente

atto;

DATO ATTO

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. n. 50/2016 l'Ing. Michele Di Lorenzo;
- he è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi del regolamento sul decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 87/2017 dalla referente amministrativa rag. Daniela Ranieri;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d. Lgs. 50/2016 , alla ditta Vaisala Oyj di Helsinki la fornitura e installazione di una stazione meteorologica "Milos package AWS310" e di un cilindro pneumatico 20-50;
2. di dare atto che il costo complessivo della fornitura è pari ad Euro 7.608,00 (IVA esclusa);
3. di dare atto che, la ditta Eurelettronica ICAS, effettuerà l'installazione delle sopracitate parti di ricambio, senza ulteriori costi, inquanto l'intervento rientra nel contratto di manutenzione in essere;
4. di dare atto che il costo di Euro 9.281,76 avente natura di "Riparazioni attrezzature", è a carico dell'esercizio 2018 ed è così suddivisa:
 - Euro 4.640,88 con riferimento al centro di responsabilità GRSIM;
 - Euro 4.640,88 con riferimento al progetto MODMET 2018;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 29 del d.lgs. 50/2016, ed è a tal fine pubblicato sul sito dell'Amministrazione, alla voce "Provvedimenti di scelta del contraente".

IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO IDRO-METEO-CLIMA
(F.to Dott. Ssa Tiziana Paccagnella)

N. Proposta: PDTD-2018-20 del 11/01/2018

Centro di Responsabilità: Servizio Idro-Meteo-Clima

OGGETTO: Servizio Idro-Meteo-Clima: Fornitura e installazione di una stazione meteorologica "Milos package AWS310" Servizio Idro-Meteo-Clima: Fornitura e installazione di una stazione meteorologica "Milos package AWS310" e di un cilindro pneumatico nell'apparato autosonda. CIG: Z2321A2B2D.

PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Ranieri Daniela, Responsabile Amministrativo/a di Servizio Idro-Meteo-Clima, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo.

Data 15/01/2018

Il/La Responsabile Amministrativo/a
