

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2019-1021	del 09/12/2019
Oggetto	Direzione Laboratorio Multisito. Contratto per i servizi di manutenzione e gestione delle apparecchiature per analisi ambientale nei laboratori Arpae. Lotto 3 apparecchiature a bassa tecnologia. Modifica contrattuale per servizi straordinari di manutenzione. CIG 7610832141	
Proposta	n. PDTD-2019-1036	del 06/12/2019
Struttura adottante	Laboratorio Multisito	
Dirigente adottante	Rossi Leonella	
Struttura proponente	Laboratorio Multisito	
Dirigente proponente	Dott.ssa Rossi Leonella	
Responsabile del procedimento	Rossi Leonella	

Questo giorno 09 (nove) dicembre 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, la Responsabile, Dott.ssa Rossi Leonella, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 109 del 31/10/2019 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Direzione Laboratorio Multisito. Contratto per i servizi di manutenzione e gestione delle apparecchiature per analisi ambientale nei laboratori Arpae. Lotto 3 apparecchiature a bassa tecnologia. Modifica contrattuale per servizi straordinari di manutenzione. CIG 7610832141**

VISTI:

- la D.D.G. n. 114 del 21/12/2018 - Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna per il triennio 2019-2021, del Piano Investimenti 2019-2021, del Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio 2019, del Budget Generale e della Programmazione di Cassa 2019;
- la D.D.G. n. 115 del 21/12/2018 - Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2019 ai centri di responsabilità dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna;
- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia;
- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

RICHIAMATO:

- la Determinazione n. 98 del 13.02.2019 avente ad oggetto l'aggiudicazione del servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature per l'analisi ambientale nei laboratori di Arpae per i lotti n. 1 e n. 3 a seguito di procedura aperta telematica;
- il contratto sottoscritto in data 29/03/2019 (repertorio n. 3/2019) tra Arpae e il RTI costituito dalle Società GSG srl, Fornasini Mauro e Sol spa, relativo al servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature per l'analisi ambientale nei laboratori di Arpae per il lotto n. 3, relativo alle apparecchiature a bassa tecnologia, CIG 7610832141, per l'importo complessivo di € 511.261,40; il RTI vede coinvolte G.S.G. S.R.L. con sede legale in 20813 Bovisio Masciago (MB), via Nazario Sauro 9, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Monza-Brianza e Lodi al n. REA MA 1158420, CF 07367140154 , P. IVA 02806000960; mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo; SOL SPA , sede legale in 20900 MONZA , Via Borgazzi 27 , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n.04127270157 , P. IVA 00771260965 CF 04127270157, mandante; Fornasini Mauro, sede legale in Ferrara, Frazione Chiesuol del Fosso, via Sammartina 18/A, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Ferrara al n.REA FE 93100, P. IVA 00208260380, C.F. FRNMRA53M12548T mandante; in ragione del: 43% GSG; 39% SOL; 18% Fornasini Mauro;

- l'art. 9 comma 1 del contratto citato che prevede la possibilità di effettuare le modifiche contrattuali nei termini previsti dall'art.106 del codice dei contratti;

PREMESSO:

- che il servizio di manutenzione oggetto del lotto n.3 riguarda le apparecchiature individuate nell'allegato 2 sub 3 lotto 3 agli atti di gara oggetto di specifica quotazione economica;
- che nel corso dell'espletamento del servizio su tali apparecchiature può verificarsi la necessità di servizi aggiuntivi non ricompresi nel contratto;
- che altresì può verificarsi la necessità di "materiali di consumo" e "materiali soggetti ad usura" la cui vita media sia significativamente diversa dalla vita media dello strumento e la cui quantità consumata o la cui usura sia direttamente proporzionale al grado di utilizzo ed alle relative modalità d'uso, non ricompresi nel canone, così come previsto all'art. 17 del capitolato tecnico;

CONSIDERATO:

- che come da tabella riportata a seguire nel primo e nel secondo trimestre di esercizio si è manifestata la necessità di compiere gli interventi non compresi nel canone contrattuale:

Codice strumento	descrizione intervento	N. Preventivo	Corrispettivo
04849@PC	Sostituzione motoventola, riparazione perdite circuito frigorifero, sostituzione filtro gas, ricarica refrigerante	104338	1.200 €
00397@BO	Sostituzione centralina e compressore	103865	1.100 €
00741@RA	Pressatura impianto e ricerca perdite gas	104280	410 €
01256@RE	Sostituzione componenti delle ventilanti guaste	104338	1.250 €
02181@RA	Pressatura impianto e ricerca perdite gas	104249	410 €
02529@RN	Sostituzione scheda elettronica	104453	720 €
02690@MO	Taratura cablaggi e sostituzione guarnizioni corrose	104060	1.300 €
02694@MO	Taratura cablaggi e sostituzione guarnizioni corrose	104322	1.300 €
03569@BO	Sostituzione pompa di scarico	103890	1.350 €

04961@RA	Sostituzione elettrovalvola	104220	380 €
----------	-----------------------------	--------	-------

- che il RTI aggiudicatario dispone della capacità tecnica per poter far fronte in modo tempestivo ed efficace alle problematiche riscontrate in sede di manutenzione preventiva in modo tale da ridurre al minimo i tempi di fermo macchina;
- che risulta difficoltoso da parte dell'Amministrazione ricorrere ad altri operatori economici per l'approvvigionamento dei materiali necessari senza consistenti duplicazioni dei costi e disservizi all'efficiente gestione dei laboratori;
- che il Direttore dell'esecuzione ha esaminato il preventivo pervenuto e l'ha approvato, come da documentazione agli atti;

**RICHIAMATO:**

- l'art. 106 comma 2 del D.Lgs.50/2016 secondo il quale i contratti possono essere modificati senza necessità di una nuova procedura se il valore della modifica è al di sotto sia delle soglie fissate all'art. 35 del medesimo provvedimento sia rispetto al 10% del valore iniziale del contratto;
- che le modifiche non alterano la natura generale del contratto;
- che l'importo di 9.420 € + IVA va a sommarsi a quanto già corrisposto per gli interventi di cui alla determinazione n. DET-2019-1004 del 03/12/2019

**CONSIDERATO INOLTRE:**

- **che i servizi predetti, per l'ammontare progressivo e cumulativo di € 21.740,28 (IVA esclusa) sono da considerare quali variazione contrattuale compresa nei limiti di cui all'art. 106 comma 2 del D.Lgs.50/16;**

**PRESO ATTO:**

- che, occorre procedere agli adempimenti di trasparenza al SITAR, come previsto dall'art.106 commi 8 e 14 del D.Lgs 50/2016;

**SU PROPOSTA:**

- della responsabile del Laboratorio Multisito, Dott. Leonella Rossi, la quale ha attestato la regolarità amministrativa del presente atto;

**DATO ATTO:**

- che il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Leonella Rossi;

- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte della Responsabile Staff Amministrazione Gestione Budget e Approvvigionamenti Laboratorio Multisito, Dr.ssa Loretta Poggi;

DETERMINA

1. per tutto quanto in premessa esposto, di modificare ai sensi dell'articolo 106 c.2 del D.Lgs. 50/2016, il contratto sottoscritto in data 29/03/2019 (repertorio n. 3/2019) tra Arpae e il RTI costituito dalle Società GSG srl, Fornasini Mauro e Sol spa, relativo al servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature per l'analisi ambientale nei laboratori di Arpae per il lotto n. 3, relativo alle apparecchiature a bassa tecnologia, CIG 7610832141 affidando al fornitore aggiudicatario del contratto i seguenti servizi aggiuntivi per l'importo complessivo di euro 9.420 + IVA così articolato:

<b>codice strumento</b>	<b>descrizione intervento</b>
04849@PC	Sostituzione motoventola, riparazione perdite circuito frigorifero, sostituzione filtro gas, ricarica refrigerante
00397@BO	Sostituzione centralina e compressore
00741@RA	Pressatura impianto e ricerca perdite gas
01256@RE	Sostituzione componenti delle ventilanti guaste
02181@RA	Pressatura impianto e ricerca perdite gas
02529@RN	Sostituzione scheda elettronica
02690@MO	Taratura cablaggi e sostituzione guarnizioni corrose
02694@MO	Taratura cablaggi e sostituzione guarnizioni corrose
03569@BO	Sostituzione pompa di scarico
04961@RA	Sostituzione elettrovalvola

;

2. di trasmettere, come previsto dall'art.106 commi 8 e 14 del D. L.vo 50/2016 la scheda di modificazioni del contratto al SITAR;

3. di dare atto che al direttore dell'esecuzione, dott.ssa Eleonora Pavanelli, nominato con Determina n. 98 del 13/02/2019, ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D. L.vo 50/2016, spetta il compito di verificare il corretto adempimento del servizio;
4. di dare atto che il costo di euro 11.492,40 (IVA inclusa), relativo al presente atto, avente natura di manutenzione attrezzature (MATTR), è a carico dell'esercizio 2019, ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al centro di responsabilità DLMDT.

II RESPONSABILE DEL  
LABORATORIO MULTISITO  
(F.to Dr.ssa Leonella Rossi)

N. Proposta: PDTD-2019-1036 del 06/12/2019

**Centro di Responsabilità: Laboratorio Multisito**

**OGGETTO: Direzione Laboratorio Multisito. Contratto per i servizi di manutenzione e gestione delle apparecchiature per analisi ambientale nei laboratori Arpa. Lotto 3 apparecchiature a bassa tecnologia. Modifica contrattuale per servizi straordinari di manutenzione. CIG 7610832141**

**PARERE CONTABILE**

La sottoscritta Dott.ssa Poggi Loretta, Responsabile Amministrativa di Laboratorio Multisito, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 09/12/2019

La Responsabile Amministrativa

---