

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2019-388	del 20/05/2019
Oggetto	Direzione Tecnica. Integrazione dell'affidamento del servizio di taratura e certificazione LAT-Accredia di 2 termoigrometri, aggiudicato con RdO n. 2015256 - CIG Z7B2462DEE.	
Proposta	n. PDTD-2019-339	del 29/04/2019
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Zinoni Franco	
Struttura proponente	Ctr Ambiente, Prevenzione E Salute	
Dirigente proponente	Dott.ssa Colacci Annamaria	
Responsabile del procedimento	Colacci Annamaria	

Questo giorno 20 (venti) maggio 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Direttore Tecnico, Dott. Zinoni Franco, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 130 del 21/12/2018 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Integrazione dell'affidamento del servizio di taratura e certificazione LAT-Accredia di 2 termoigrometri, aggiudicato con RdO n. 2015256 - CIG Z7B2462DEE.

VISTI:

- la D.D.G. n. 114 del 21/12/2018 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna per il triennio 2019-2021, del Piano Investimenti 2019-2021, del Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio 2019, del Budget Generale e della Programmazione di Cassa 2019."
- la D.D.G. n. 115 del 21/12/2018 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2019 ai centri di responsabilità dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna."
- la D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. "codice dei contratti pubblici";
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture approvato con DDG 79 del 24.09.18;
- l'art. 7, comma 2, del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, (convertito in legge 6 luglio 2012, n. 135), di modifica dell'art. 1, comma 450 della l. 27 dicembre 2006, n. 296, da cui deriva l'obbligo per le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del Codice, "Procedure per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria"
- il Regolamento Arpae per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture;
- il Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia;

PREMESSO:

- che in data 8.09.2018, per ottemperare alla necessità di taratura annuale dei termoigrometri utilizzati per il controllo degli incubatori a CO2 per colture cellulari utilizzati nel laboratorio certificato secondo la Buona Pratica di Laboratorio del Centro di Saggio Vitrox della Direzione Tecnica di Arpae Emilia-Romagna, a seguito di procedura comparativa sul Mepa di Consip, effettuata con RdO n. 2015526 del 17/7/2018, è stato affidato alla Ditta Trescal srl il servizio di taratura e certificazione LAT-Accredia di 2 termoigrometri per l'importo di euro 840,00 (IVA esclusa);
- che alla procedura era stato assegnato il seguente CIG Z7B2462DEE;

CONSIDERATO:

- che, in data 28 gennaio 2019, la Ditta Trescal ha comunicato di avere riscontrato un errore elevato nelle misurazioni di umidità relativa eseguite dal secondo dei due termoigrometri inviati in taratura presso di loro (Hanwell 4000 series e relativa sonda esterna, matr. 31346+1408050001668D);
- che, a seguito di colloqui telefonici intercorsi, la Ditta Trescal ha inoltre comunicato che, per riportare il termoigrometro alle corrette condizioni di funzionamento, si rendono necessarie l'esecuzione della ricalibrazione dello strumento e l'emissione di un nuovo certificato di taratura As Left;
- che la ditta ha dichiarato di essere in grado di eseguire tali attività, e che un eventuale cambiamento di fornitore comporterebbe duplicazione di costi e non assicurerebbe il buon fine della ricalibrazione richiesta;

DATO ATTO:

- che la Ditta Trescal, in data 4 febbraio 2019, ha inviato l'offerta n. 82717 per i servizi di ricalibrazione del termoigrometro Hanwell 4000 series e relativa sonda esterna, matr. 31346+1408050001668D, e per l'emissione del nuovo certificato di taratura, che prevede un costo complessivo di euro 357,00 oltre all'IVA al 22%;
- che il responsabile del procedimento, Dott.ssa Annamaria Colacci, ha ritenuto congruo l'importo richiesto per i servizi resisi necessari;

RICHIAMATO:

- l'art. 106 "modifica di contratti durante il periodo di efficacia" del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. "codice dei contratti pubblici", e in particolare il comma 1 lett. b), e dato atto che il valore del servizio supplementare non supera il 50% dell'importo iniziale del contratto;

RITENUTO:

- pertanto, opportuno affidare alla ditta Trescal srl, con sede in via dei Metalli, 1 – Travagliato (BS), la fornitura del servizio di ricalibrazione di un termoigrometro e di emissione di un nuovo certificato di taratura al costo di euro 357,00 + IVA, pari a complessivi euro 435,54 (IVA compresa);
- di demandare la firma dell'ordine per il servizio integrativo alla Responsabile del Servizio acquisti, Dott.ssa Elena Bortolotti, in conformità al Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile del CTR Ambiente, Prevenzione e Salute, Dott.ssa Annamaria Colacci, la quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che il responsabile del procedimento è la stessa Dott.ssa Annamaria Colacci;
- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi esposti in premessa ed ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., l'integrazione del servizio di taratura e certificazione LAT-Accredia di 2 termoigrometri (CIG Z7B2462DEE), già affidato in data 8.09.2018, in esito a RDO n. 2015526, alla società Trescal srl, C.F. e P.IVA 02498930987, con sede in Via Dei Metalli, 1 – Travagliato (BS), come da offerta del 4 febbraio 2019, per l'importo di euro 357,00 (IVA esclusa), pari a complessivi euro 435,54 (IVA inclusa);
2. di dare atto che il servizio integrativo verrà ordinato in formato elettronico dalla Responsabile del Servizio acquisti, Dott.ssa Elena Bortolotti;
3. di dare atto che l'importo complessivo di € 435,54 (IVA inclusa), relativo al presente provvedimento, avente natura di Riparazione attrezzature (RATTR), è a carico dell'esercizio 2019, ed è compreso nel budget 2019 e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al Centro di Costo DTAPS-CDSDT.

IL DIRETTORE TECNICO

- Dott. Franco Zinoni -

N. Proposta: PDTD-2019-339 del 29/04/2019

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Integrazione dell'affidamento del servizio di taratura e certificazione LAT-Accredia di 2 termoigrometri, aggiudicato con RdO n. 2015256 - CIG Z7B2462DEE.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile del Servizio Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 20/05/2019

Il Responsabile del Servizio Bilancio e
Controllo Economico
