

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2019-453	del 05/06/2019
Oggetto	Direzione Tecnica. Laboratorio Multisito. Intervento di riparazione del cromatografo ionico ICS 3000 in uso al Laboratorio di Reggio Emilia. CIG ZF128B4604	
Proposta	n. PDTD-2019-471	del 05/06/2019
Struttura adottante	Laboratorio Multisito	
Dirigente adottante	Rossi Leonella	
Struttura proponente	Laboratorio Multisito	
Dirigente proponente	Dott.ssa Rossi Leonella	
Responsabile del procedimento	Rossi Leonella	

Questo giorno 05 (cinque) giugno 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, la Responsabile, Dott.ssa Rossi Leonella, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 130 del 21/12/2018 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Laboratorio Multisito. Intervento di riparazione del sistema cromatografo ionico ICS 3000 in uso al Laboratorio di Reggio Emilia. CIG ZF128B4604

VISTE:

- la D.D.G. n. 114 del 21.12.2018 di approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione per il triennio 2019-2021, del Piano Investimenti 2019-2021, del Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio 2019 e del Budget Generale e della programmazione di cassa 2019;
- la D.D.G. n. 115 del 21.12.2018 di approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2019 ai Centri di Responsabilità;
- la D.D.G. n. 90 del 26/10/2018 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo, con decorrenza, 1/1/2019, con ridefinizione delle competenze dei servizi dell'Agenzia, con conseguente ridenominazione degli stessi;

RICHIAMATO:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante: "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n.56;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture, come modificato con D.D.G. n. 32 del 29/03/2019;

PREMESSO:

- che per il ripristino della funzionalità del cromatografo ionico ICS 3000 s/n 0510074 cod. 01049@RE, in uso al Laboratorio di Reggio Emilia, si rende necessario un intervento urgente di manutenzione correttiva;

CONSIDERATO:

- che si è proceduto ad interpellare la società Thermo Fisher Scientific Spa, produttrice del cromatografo di cui trattasi, la quale ha inviato il preventivo (off. N. 21227814 del 31/05/2019) che comporta un costo di intervento pari ad euro 4.725,00 oltre ad IVA di legge;
- che la Responsabile del procedimento ha proceduto ad esaminare l'offerta pervenuta attestandone la congruità del prezzo, rispetto a prestazioni analoghe;

RILEVATO:

- che la procedura ha ottenuto il codice identificativo di gara (CIG) ZF128B4604 dal Sistema Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- che non sussistono rischi di interferenze nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e pertanto non necessita la redazione del DUVRI nè, conseguentemente, costi per la sicurezza;

RITENUTO:

- per tutto quanto sopra esposto, di affidare alla società Thermo Fisher Scientific Spa con sede legale in Strada Rivoltana 20090 Rodano MI C.F./P.IVA 07817950152, il servizio di

manutenzione correttiva del cromatografo ionico ICS 3000 s/n 0510074 cod. 01049@RE – CIG ZF128B4604, in uso al Laboratorio di Reggio Emilia, per l'importo complessivo di euro 4.725,00 oltre ad IVA (22%) pari ad euro 5.764,50 (IVA inclusa), come da offerta acquisita agli atti;

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla DDG n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2019 - Linee Guida" della D.D.G n. 115 del 21/12/2018;

DATO ATTO:

- della regolarità amministrativa del presente atto;
- che Responsabile unica del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è la stessa dott.ssa Leonella Rossi;
- del parere di regolarità contabilità espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DETERMINA

1. di affidare il servizio di manutenzione correttiva del cromatografo ionico ICS 3000 s/n 0510074 cod. 01049@RE – CIG ZF128B4604, in uso al Laboratorio di Reggio Emilia, alla società Thermo Fisher Scientific Spa con sede legale in Strada Rivoltana 20090 Rodano MI C.F./P.IVA 07817950152, per l'importo complessivo di euro 4.725,00 oltre al 22% IVA, per un totale di euro 5.764,50 (IVA inclusa), come da offerta acquisita agli atti;
2. di dare atto che il costo relativo alla sicurezza è pari a zero;
3. di dare atto che l'ordinativo con la ditta affidataria sarà perfezionato mediante corrispondenza commerciale, con modalità elettronica, e firma digitale;
4. di dare atto che alla Responsabile unica del procedimento spettano le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
5. di dare atto che il costo complessivo di euro 5.764,50 (IVA inclusa), derivante dal presente provvedimento, ha natura di "Riparazione attrezzature" (RATTR), è a carico dell'esercizio 2019 ed è compreso nel budget annuale 2019 (DLMDT) e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al centro di costo: DLMDT;
6. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione, nella sezione Amministrazione Trasparente del profilo di committente dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016.

LA RESPONSABILE
LABORATORIO MULTISITO
(f.to dott.ssa Leonella Rossi)

N. Proposta: PDTD-2019-471 del 05/06/2019

Centro di Responsabilità: Laboratorio Multisito

OGGETTO: Direzione Tecnica. Laboratorio Multisito. Intervento di riparazione del cromatografo ionico ICS 3000 in uso al Laboratorio di Reggio Emilia. CIG ZF128B4604

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile del Servizio Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 05/06/2019

Il Responsabile del Servizio Bilancio e
Controllo Economico
