

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2021-375	del 13/05/2021
Oggetto	Struttura Idro-Meteo-Clima: Affidamento della fornitura e installazione di una valvola Solenoid per l'apparato Autosonda. CIG: Z3531501F2 - CUP J99J21000500002.	
Proposta	n. PDTD-2021-397	del 13/05/2021
Struttura adottante	Struttura Idro-Meteo-Clima	
Dirigente adottante	Cacciamani Carlo	
Struttura proponente	Struttura Idro-Meteo-Clima	
Dirigente proponente	Dott. Cacciamani Carlo	
Responsabile del procedimento	Alberoni Pier Paolo	

Questo giorno 13 (tredici) maggio 2021 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima, Dott. Cacciamani Carlo, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

OGGETTO: Struttura Idro-Meteo-Clima: Affidamento della fornitura e installazione di una valvola Solenoid per l'apparato Autosonda. CIG: Z3531501F2 - CUP J99J21000500002.

VISTO:

- la D. D. G. 139 del 30/12/2020 recante: Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna per il triennio 2021-2023, del Piano Investimenti 2021-23, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2021, del Budget Generale e della Programmazione di Cassa 2021;
- la D. D. G. 140 del 30/12/2020 recante: Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2021 ai centri di responsabilità dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture, approvato con delibera del Direttore Generale n. 111 del 13/11/2019;
- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia approvato con delibera del Direttore Generale n. 114 del 23/10/2020;

RICHIAMATO

- l'art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, così come modificato dalla legge di conversione 120/2020, che consente di procedere per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro, mediante procedura di affidamento diretto;
- il Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- il Regolamento Arpae per l'affidamento di forniture e servizi sotto soglia comunitaria;

PREMESSO :

- che l'attività giornaliera di radiosondaggio atmosferico viene realizzata tramite l'apparato Autosonda fornito dalla ditta Vaisala OYJ di Helsinki (Finlandia) e situato presso la Base Meteorologica di S. Pietro Capofiume - Molinella (BO);
- che, con determinazione n. 479 del 12/06/2019, è stato affidato il servizio di manutenzione del sistema Autosonda per 24 mesi alla ditta Eurelettronica ICAS srl di Roma CIG 7868873F68;
- che la ditta Eurelettronica ICAS srl di Roma in qualità di rappresentante esclusiva per la ditta Vaisala per tutta la gamma di applicazioni nel campo della meteorologia e in particolare, per il sistema autosonda, è stata certificata, unica in Italia, come partner tecnico Vaisala sin dal 2011;
- che, il listino delle parte di ricambio fornito dalla ditta Vaisala Oyj di Helsinki e presentato dalla ditta Eurelettronica ICAS, rif. Listino Vaisala PDR 123072-2, alla pos.26 presenta la descrizione del prodotto e il codice identificativo relativo;
- che, in data 05 marzo 2021 il tecnico specializzato della ditta Eurelettronica ha effettuato la manutenzione preventiva annuale, in tale occasione è emersa una perdita di gas elio sulla linea 160, tale fuoriuscita di gas avveniva in più punti e su vari componenti, per evitare l'inutile disperdersi del gas Elio è stata disattivata la linea gas elio n.160, tale operazione eviterà l'automaticità del passaggio da una linea gas all'altra qualora il pacco ora in funzione finirà, questo comporterebbe il blocco del gonfiaggio pallone;
- che per il ripristino delle fuoriuscite gas il tecnico ha richiesto la sostituzione di una serie di componenti e per le vie brevi è stato chiesto alla Ditta Eurelettronica ICAS la quotazione delle stesse;
- che in data 19/03/21 la Ditta Eurelettronica ICAS ha presentato offerta per i componenti richiesti dal tecnico specializzato Off. n. E. 0167-21 prot. 55887/21;
- che in data 25/03/21 il tecnico specializzato di Eurelettronica ICAS dopo essersi consultato con Vaisala Oyj ha effettuato un'altro intervento correttivo sul sistema autosonda utilizzando un prodotto sigillante per bloccare le fuoriuscite gas, dopo questa operazione è emerso che solo la valvola solenoide continuava a rimanere aperta e pertanto perdere gas;
- che a seguito dell'intervento correttivo del 25/03/21 è stato deciso che era necessaria la fornitura della sola valvola solenoide cod. 26900 G1/2, 2/2, NC, 24VDC già inclusa nell'offerta sopracitata;

CONSIDERATO:

- che è stato acquisito il seguente numero di CIG: **Z3531501F2**, attribuito dal Sistema Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- che è stato acquisito dal Comitato interministeriale per la programmazione economica il seguente Codice Unico di Progetto, trattandosi di investimento pubblico: J99J21000500002;

RITENUTO:

- di procedere all'affidamento alla ditta Eurelettronica ICAS srl di Roma della fornitura di una valvola solenoide G1/2, 2/2, NC, 24VDC cod. 26900, come da listino PDR Vaisala 123071-2 e offerta Eurelettronica ICAS n. 0167-21 (prot.55887/21) al costo di Euro 3.636,00 (iva esclusa);

SU PROPOSTA

- del Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima, Dott. Carlo Cacciamani, che ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa e tecnica del presente atto;

DATO ATTO

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. n. 50/2016 il Dott. Pier Paolo Alberoni;
- che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi del regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia approvato con D.D.G. n. 130/2018 dalla referente amministrativa rag. Daniela Ranieri;

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, così come modificato dalla legge di conversione 120/2020, alla ditta Eurelettronica ICAS srl di Roma la fornitura di una valvola solenoide G1/2, 2/2, NC, 24VDC cod. 26900 per il sistema autosonda al costo di Euro 3.636,00 (iva esclusa);
2. di dare atto che il costo presunto di Euro 4.435,92 (iva compresa) avente natura di INVESTIMENTO è a carico dell'esercizio 2021;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 29 del d.lgs. 50/2016, ed è a tal fine pubblicato sul sito dell'Amministrazione, alla voce "Provvedimenti di scelta del contraente".

IL RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA IDRO-METEO-CLIMA
(F.to Dott. Carlo Cacciamani)

N. Proposta: PDTD-2021-397 del 13/05/2021

Centro di Responsabilità: Struttura Idro-Meteo-Clima

**OGGETTO: Struttura Idro-Meteo-Clima: Affidamento della fornitura e
installazione di una valvola Solenoid per l'apparato Autosonda.
CIG: Z3531501F2 - CUP J99J21000500002.**

PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Ranieri Daniela, Responsabile Amministrativo/a di
Struttura Idro-Meteo-Clima, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del
Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 13/05/2021

Il/La Responsabile Amministrativo/a
