

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2021-410	del 26/05/2021
Oggetto	Direzione Tecnica. Contratto per i servizi di manutenzione e gestione delle apparecchiature per analisi ambientale nei laboratori Arpae. Lotto 3 apparecchiature a bassa tecnologia. Modifica contrattuale per servizi straordinari di manutenzione. CIG 7610832141.	
Proposta	n. PDTD-2021-411	del 18/05/2021
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Zinoni Franco	
Struttura proponente	Laboratorio Multisito	
Dirigente proponente	Dott. Forti Stefano	
Responsabile del procedimento	Forti Stefano	

Questo giorno 26 (ventisei) maggio 2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Direttore Tecnico , Dott. Zinoni Franco, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Contratto per i servizi di manutenzione e gestione delle apparecchiature per analisi ambientale nei laboratori Arpae. Lotto 3 apparecchiature a bassa tecnologia. Modifica contrattuale per servizi straordinari di manutenzione. CIG 7610832141.

VISTI:

- la D.D.G. n. 128 del 20/12/2019 "Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione dell'Agenzia per la prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna per il triennio 2020-2022, del Piano Investimenti 2020-2022, del Bilancio Economico preventivo per l'esercizio 2020, del Budget generale e della Programmazione di Cassa per l'esercizio 2020";
- la D.D.G. n. 129 del 20/12/2019 "Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2020 ai Centri di Responsabilità dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna";
- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia;
- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

RICHIAMATI:

- la Determinazione n. 98 del 13.02.2019 avente ad oggetto l'aggiudicazione, a seguito di procedura aperta telematica, del servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature per l'analisi ambientale nei laboratori di Arpae per i lotti n. 1 e n. 3;
- il contratto sottoscritto in data 29/03/2019 (repertorio n. 3/2019) tra Arpae e il RTI costituito dalle Società GSG srl, Fornasini Mauro e Sol spa, relativo al servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature per l'analisi ambientale nei laboratori di Arpae per il lotto n. 3, relativo alle apparecchiature a bassa tecnologia, CIG 7610832141, per l'importo complessivo di € 511.261,40;
- l'art. 9 comma 1 del contratto citato che prevede la possibilità di effettuare le modifiche contrattuali nei termini previsti dall'art.106 del codice dei contratti;

PREMESSO:

- che il servizio di manutenzione oggetto del lotto n.3 riguarda le apparecchiature individuate nell'allegato 2 sub 3 lotto 3, agli atti di gara, oggetto di specifica quotazione economica, tra le quali sono ricomprese le cappe chimiche/biologiche in dotazione presso la rete laboratoristica di Arpae;

- che, nel corso dell'espletamento del servizio, su tali apparecchiature può verificarsi la necessità di servizi aggiuntivi non ricompresi nel contratto poiché dipendenti da mutamenti della normativa o da sopravvenute esigenze non pianificabili in anticipo;
- che, altresì, può verificarsi la necessità di acquisire “materiali di consumo” e “materiali soggetti ad usura” la cui vita media sia significativamente diversa dalla vita media dello strumento o la cui usura sia direttamente proporzionale al grado di utilizzo ed alle relative modalità d'uso, non ricompresi nel canone, così come previsto all'art. 17 del capitolato tecnico;

CONSIDERATO:

- che nel mese di marzo 2021 si aprivano due richieste di manutenzione correttiva sui DPC n. [3888@BO](#) e [3835@BO](#) in quanto veniva meno l'efficienza di aspirazione delle cappe stesse e non era possibile operare in sicurezza nei locali del laboratorio di Bologna;
- che la ditta GSG, mandataria del RTI aggiudicatario, ha rilevato in sede di sopralluogo manutentivo la necessità di procedere ad una videoispezione interna dei sistemi di aspirazione in quanto il guasto non era ascrivibile a performance del motore a servizio di ciascuna cappa;
- che, in data 07/04/2021, si eseguiva l'accertamento di cui al punto precedente, individuando la rottura dei giunti metallici del sistema di aspirazione della cappa 3888, mentre per la cappa 3835 non è stato possibile riscontrare l'anomalia che causa il guasto per impossibilità di accesso alla tubazione interessata;
- che, a far data dal 22/03/2021, si ricevevano idonei preventivi, agli atti, relativi all'esecuzione degli interventi suddetti e così sintetizzabili:

Codice strumento	descrizione intervento	Preventivo	Importo
3835@BO	Videoispezione condotta di estrazione	2021_3660	420,64 €
3888@BO	Videoispezione condotta di estrazione ed intervento di riparazione condotta di estrazione comprensiva di manodopera per montaggio e materiali	2021_3642	1.739,46€

- che, durante le operazioni di ordinaria manutenzione, si è resa necessaria la sostituzione delle funi sulla cappa [3783@BO](#) e dei kristal block sulle cappe [391@FE](#) e [406@FE](#);
- che, per tali attività, la ditta GSG ha inviato migliore offerta, agli atti, così schematizzabile:

Codice strumento	descrizione intervento	Preventivo	Importo
3783@BO	Installazione funi e verifica funzionalità cappa comprensiva di manodopera e materiali accessori	2021_3743	532,62 €

391@FE	Installazione funi, kristal block e verifica funzionalità cappa comprensiva di manodopera e materiali accessori	2021_3871	905,46 €
406@FE	Installazione funi, kristal block e verifica funzionalità cappa comprensiva di manodopera e materiali accessori	2021_3872	905,46 €

CONSIDERATO INOLTRE :

- che Arpa-Direzione Laboratorio Multisito, con determina n. 629 del 6/12/2018, ha ottenuto formale proroga per l'adeguamento tecnologico delle cappe identificate con le sigle E772, E575, E4859, E4860 ed E4861, come da documentazione agli atti;
- che, nell'allegato A della citata determina n. 629/2018, vengono indicati in maniera puntuale quali siano le prescrizioni per le cappe suddette ovvero quelle in cui vengono utilizzate sostanze cancerogene o potenzialmente tali;
- che, infatti, al punto 6 dell'allegato A si evince che per le cappe 4859, 4860 ed 4861 deve essere fatta la sostituzione dei filtri a carboni attivi con frequenza semestrale;
- che, in data 17 maggio 2021, si riceveva idoneo preventivo (offerta n. 2021_3883 agli atti) relativo all'esecuzione degli interventi non compresi nel canone contrattuale e così sintetizzabile:

Codice strumento	descrizione intervento	Frequenza	Importo
4859@RA	Rimozione e messa in sicurezza filtri esausti con sostituzione degli stessi e verifica dell'efficienza di aspirazione	2 interventi/anno	5.362,12 €
4860@RA	Rimozione e messa in sicurezza filtri esausti con sostituzione degli stessi e verifica dell'efficienza di aspirazione	2 interventi/anno	5.359,94 €
4861@RA	Rimozione e messa in sicurezza filtri esausti con sostituzione degli stessi e verifica dell'efficienza di aspirazione	2 interventi/anno	5.359,94 €

- che trattasi di interventi urgenti e indifferibili per garantire la sicurezza degli operatori ed il rispetto dei limiti emissivi previsti nell'atto autorizzativo citato in premessa;

CONSIDERATO INFINE:

- che, entro la fine del 2021, la Sede Secondaria di Ravenna del LM potrebbe essere spostata presso altra destinazione e, pertanto, potrebbe venir meno l'esigenza della seconda manutenzione a frequenza semestrale sulle cappe 4859@RA, 4860@RA e 4861@RA, dandone adeguato preavviso al fornitore aggiudicatario;

VERIFICATO:

- che il RTI aggiudicatario dispone della capacità tecnica per poter far fronte in modo tempestivo ed efficace alle problematiche riscontrate in sede di manutenzione preventiva in modo tale da ridurre al minimo i tempi di fermo macchina;
- che, con un cambio di fornitore, i tempi di fermo macchina risulterebbero ampliati con notevoli disservizi per l'efficiente gestione dei laboratori;
- che risulterebbero, altresì, consistentemente aumentati anche i costi per la necessità di nuovi sopralluoghi da parte di operatori non a conoscenza dello stato delle attrezzature;
- che il Direttore dell'esecuzione ha esaminato i preventivi pervenuti e li ha approvati ritenendoli congrui, come da documentazione agli atti;
- che tutti i servizi aggiuntivi complessivi richiesti ammontano complessivamente ad Euro 20.585,64 + IVA;

RICHIAMATO:

- l'art. 106 comma 1, lett. b) del D.Lgs.50/2016 secondo il quale i contratti possono essere modificati per servizi supplementari, resisi necessari durante l'esecuzione contrattuale, laddove un cambiamento di fornitore risulterebbe impraticabile per motivi tecnici e comporterebbe notevoli disagi;
- che le modifiche non superano il limite del 50% del valore di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 106, comma 7 del d. lgs. 50/2016;

PRESO ATTO:

- che, occorre procedere agli adempimenti di trasparenza al SITAR, come previsto dall'art.106 commi 8 e 14 del D.Lgs 50/2016;
- che, trattandosi di variazione contrattuale non superiore al 20% dell'importo originario, viene confermato come Codice Identificativo Gara il medesimo del contratto in corso, ovvero CIG n. 7610832141;
- che l'ordine di fornitura verrà perfezionato mediante corrispondenza commerciale e con modalità elettronica;

SU PROPOSTA:

- del responsabile del Laboratorio Multisito, Dott. Stefano Forti, il quale ha attestato la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che il responsabile unico del procedimento è lo stesso Dott. Stefano Forti;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte della Responsabile Staff Amministrazione Gestione Budget e Approvvigionamenti Laboratorio Multisito, Dott.ssa Lisa Recca;

DETERMINA

1. per tutto quanto in premessa esposto, di modificare, ai sensi dell'articolo 106 c. 1, lett. b) , del D.Lgs. 50/2016, il contratto sottoscritto in data 29/03/2019 (repertorio n. 3/2019) tra Arpae e il RTI costituito dalle Società GSG srl, Fornasini Mauro e Sol spa, relativo al servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature per l'analisi ambientale nei laboratori di Arpae per il lotto n. 3, relativo alle apparecchiature a bassa tecnologia (CIG 7610832141), affidando al fornitore aggiudicatario del contratto i seguenti servizi aggiuntivi per l'importo complessivo di euro 20.585,64 + IVA, pari a complessivi euro 25.114,48, così articolati:

Codice strumento	Descrizione intervento	Importo
3835@BO	Videoispezione condotta di estrazione	420,64 €
3888@BO	Videoispezione condotta di estrazione ed intervento di riparazione condotta di estrazione comprensiva di manodopera per montaggio e materiali	1.739,46 €
3783@BO	Installazione funi e verifica funzionalità cappa comprensiva di manodopera e materiali accessori	532,62 €
391@FE	Installazione funi, kristal block e verifica funzionalità cappa comprensiva di manodopera e materiali accessori	905,46 €
406@FE	Installazione funi, kristal block e verifica funzionalità cappa comprensiva di manodopera e materiali accessori	905,46 €
4859@RA 4860@RA 4861@RA	Rimozione e messa in sicurezza filtri esausti con sostituzione degli stessi e verifica dell'efficienza di aspirazione	16.082 €

2. di riservarsi la facoltà di rinunciare all'intervento consistente nella seconda manutenzione a frequenza semestrale sulle cappe 4859@RA, 4860@RA e 4861@RA, dandone adeguato preavviso al fornitore aggiudicatario;
3. di trasmettere, come previsto dall'art.106 commi 8 e 14 del D. L.vo 50/2016, la scheda di modificazione del contratto al SITAR;

4. di dare atto che al direttore dell'esecuzione, dott.ssa Eleonora Pavanelli, nominato con Determina n. 98 del 13/02/2019, ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D. L.vo 50/2016, spetta il compito di verificare il corretto adempimento del servizio;
5. di dare atto che il costo di euro 25.114,48 (IVA inclusa), relativo al presente atto, avente natura di manutenzione attrezzature (MATTR), è a carico dell'esercizio 2021, verrà eseguito e fatturato unicamente dalla ditta GSG srl ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento ai seguenti centri di costo: 3.285,11 € su DLMBO, 2.209,33 su DLMFE e 19.620,04 su DLMRA.

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

N. Proposta: PDTD-2021-411 del 18/05/2021

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Contratto per i servizi di manutenzione e gestione delle apparecchiature per analisi ambientale nei laboratori Arpae. Lotto 3 apparecchiature a bassa tecnologia. Modifica contrattuale per servizi straordinari di manutenzione. CIG 7610832141.

PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Casanova Olivia, Responsabile Amministrativo/a di Direzione Tecnica, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 26/05/2021

Il/La Responsabile Amministrativo/a
