ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2022-111	del 09/02/2022
Oggetto	Direzione Tecnica. Contratto per servizi di manutenzione e gestione delle apparecchiature per analisi ambientale nei laboratori Arpae. Lotto 1 apparecchiature ad altissima tecnologia - Determina 98/2019 – CIG 7610787C1B - Modifica contrattuale per acquisizione ricambi da utilizzarsi in fase di manutenzione	
Proposta	n. PDTD-2022-117	del 08/02/2022
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	de'Munari Eriberto	
Struttura proponente	Laboratorio Multisito	
Dirigente proponente	Dott. Forti Stefano	
Responsabile del procedimento	Forti Stefano	

Questo giorno 09 (nove) febbraio 2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Responsabile, Dottor de'Munari Eriberto, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Contratto per servizi di manutenzione e gestione delle apparecchiature per analisi ambientale nei laboratori Arpae. Lotto 1 apparecchiature ad altissima tecnologia - Determina 98/2019 – CIG 7610787C1B - Modifica contrattuale per acquisizione ricambi da utilizzarsi in fase di manutenzione.

VISTI:

- la D.D.G. n. 136 del 30/12/2021 – Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna per il triennio 2022-2024, del Piano Investimenti 2022-2024, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2022, del Budget generale e della Programmazione di Cassa 2022;
- la D.D.G. n. 137 del 30/12/2021 – Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l’anno 2022 ai Centri di Responsabilità dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna;
- il Regolamento per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia;
- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

RICHIAMATI:

- la Determinazione n. 98 del 13.02.2019 avente ad oggetto l’aggiudicazione del servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature per l’analisi ambientale nei laboratori di Arpae per i lotti n. 1 e n. 3 a seguito di procedura aperta telematica;
- il contratto sottoscritto in data 12.03.2019 (repertorio n. 2/2019) tra Arpae e Thermo Fisher Scientific Spa, relativo al servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature per l’analisi ambientale nei laboratori di Arpae per il lotto n. 1, relativo alle apparecchiature ad altissima tecnologia, CIG 7610787C1B al prezzo complessivo stimato in Euro 272.331,84 per trentasei mesi;
- l’art. 9 comma 1 del contratto citato che prevede la possibilità di effettuare le modifiche contrattuali nei termini previsti dall’art.106 del codice dei contratti;

PREMESSO:

- che il servizio di manutenzione oggetto del lotto n.1 riguarda le apparecchiature individuate nell’allegato 2 sub 1 lotto 1 agli atti di gara, oggetto di specifica quotazione economica;
- che, nel corso dell’espletamento del servizio aggiudicato, su tali apparecchiature può verificarsi la necessità di servizi aggiuntivi non compresi nel contratto e legati ad esigenze diverse oppure l’acquisizione di ricambi necessari al ripristino della funzionalità strumentale;

- che, in data 25/11/2021, veniva svolta l'attività di manutenzione preventiva sullo spettrometro di massa magnetica ad alta risoluzione DFS 4877@RA, verificando la necessità di provvedere al cambio dell'elettromoltiplicatore a servizio dello strumento;

CONSIDERATO:

- che, nelle giornate a seguire il sopralluogo effettuato dalla Ditta Thermo Fisher Scientific, si riceveva il preventivo n. 71423412 utile all'acquisto del ricambio necessario al ripristino del buon funzionamento dello strumento, e nello specifico:

Codice strumento	Descrizione ricambio	Preventivo/importo
4877@RA	Multipl. XP 1600/17	1.701,00 €

- che risulta difficoltoso, da parte dell'Amministrazione, ricorrere ad altri operatori economici per l'approvvigionamento dei materiali necessari senza incorrere in consistenti duplicazioni dei costi, senza arrecare disservizio all'efficiente gestione dei laboratori e senza escludere la possibilità che un analogo "compatibile" possa non garantire il perfetto funzionamento dello strumento in parola;
- che il Direttore dell'esecuzione ha esaminato il preventivo pervenuto e l'ha approvato, previo nulla osta del RUP in data 03/02/2022, come da documentazione agli atti;

RICHIAMATO INOLTRE:

- l'art. 106 comma 1, lett. b) del D.Lgs.50/2016 secondo il quale i contratti possono essere modificati per servizi supplementari, resisi necessari durante l'esecuzione contrattuale, laddove un cambiamento di fornitore risulterebbe impraticabile per motivi tecnici e comporterebbe notevoli disagi;

CONSIDERATO INOLTRE:

- che l'acquisto del ricambio predetto, per l'ammontare complessivo di € 1.701,00 (oltre all'IVA 22%) è da considerare quale variazione contrattuale compresa nei limiti di cui all'art. 106 comma 1 del D.Lgs.50/2016;
- che le modifiche non superano il limite del 50% del valore di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 106, comma 7 del d. lgs. 50/2016;
- che, ai fini dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni" (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla DDG n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2022 - Linee Guida" della D.D.G n. 137 del 30/12/2021;

PRESO ATTO:

- che occorre procedere agli adempimenti di trasparenza al SITAR, come previsto dall'art.106 commi 8 e 14 del D.Lgs 50/2016;
- che, trattandosi di variazione contrattuale non superiore al 20% dell'importo originario, viene confermato come Codice Identificativo Gara il medesimo del contratto in corso ovvero 7610832141;
- che l'ordine di fornitura verrà perfezionato mediante corrispondenza commerciale e con modalità elettronica;

SU PROPOSTA:

- del responsabile del Laboratorio Multisito, Dott. Stefano Forti, il quale ha attestato la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che il responsabile unico del procedimento è lo stesso Dott. Stefano Forti;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte della Responsabile Staff Amministrazione Direzione Tecnica, Dott.ssa Olivia Casanova, sentita la Responsabile Unità Gestione budget e approvvigionamenti Laboratorio Multisito;

DETERMINA

- 1 per tutto quanto in premessa esposto, di modificare ai sensi dell'articolo 106 c.1 del D.Lgs. 50/2016, il contratto sottoscritto in data 12/03/2019 (repertorio n. 2/2019) tra Arpa e Thermo Fisher Scientific spa, relativo al servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature per l'analisi ambientale nei laboratori di Arpa per il lotto n. 1, concernente le apparecchiature a altissima tecnologia (CIG 7610787C1B), affidando al fornitore aggiudicatario del contratto la fornitura dell'elettromoltiplicatore in premessa argomentato, per l'importo di euro 1.701,00 + IVA 22%, pari a complessivi euro 2.075,22 (IVA compresa);
- 2 di trasmettere, come previsto dall'art.106 commi 8 e 14 del D. L.vo 50/2016, la scheda di modificazioni del contratto al SITAR;
- 3 di dare atto che, al direttore dell'esecuzione, dott.ssa Eleonora Pavanelli, nominato con Determina n. 98 del 13/02/2019, ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D. L.vo 50/2016, spetta il compito di verificare il corretto adempimento del servizio;
- 4 di dare atto che il costo di euro 2.075,22 (IVA inclusa), relativo al presente atto, avente natura di manutenzione attrezzature (MANUT-MATTR), è a carico dell'esercizio 2022, ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al centro di responsabilità: DLMRA;

5 di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, nella sezione Amministrazione Trasparente del profilo di committente dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

IL DIRETTORE TECNICO
(F.to Dott. Eriberto de' Munari)

N. Proposta: PDTD-2022-117 del 08/02/2022

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Contratto per servizi di manutenzione e gestione delle

apparecchiature per analisi ambientale nei laboratori Arpa. Lotto 1 apparecchiature ad altissima tecnologia - Determina 98/2019 – CIG 7610787C1B - Modifica contrattuale per acquisizione ricambi da utilizzarsi in fase di manutenzione

PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Casanova Olivia, Responsabile Amministrativo/a di Direzione Tecnica, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 09/02/2022

Il/La Responsabile Amministrativo/a