

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2023-859	del 19/10/2023
Oggetto	Laboratorio Multisito. Modifica non sostanziale di cui agli articoli 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, prevista nel contratto stipulato con H.C. Hospital Consulting Spa per i servizi di manutenzione e gestione delle apparecchiature per analisi ambientale nei laboratori Arpae relativamente a BASSA TECNOLOGIA – CIG: 9546607D4E	
Proposta	n. PDTD-2023-881	del 17/10/2023
Struttura adottante	Laboratorio Multisito	
Dirigente adottante	Forti Stefano	
Struttura proponente	Laboratorio Multisito	
Dirigente proponente	Dott. Forti Stefano	
Responsabile del procedimento	Forti Stefano	

Questo giorno 19 (diciannove) ottobre 2023 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Responsabile, Dott. Forti Stefano, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Laboratorio Multisito. Modifica non sostanziale di cui agli articoli 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, prevista nel contratto stipulato con H.C. Hospital Consulting Spa per i servizi di manutenzione e gestione delle apparecchiature per analisi ambientale nei laboratori Arpae relativamente a BASSA TECNOLOGIA – CIG: 9546607D4E**

**RICHIAMATE:**

- D.D.G. n. 171 del 30/12/2022 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2023-2025, del Piano Investimenti 2023-2025, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2023, del Budget generale e della Programmazione di Cassa per l'esercizio 2023";
- D.D.G. n. 172 del 30/12/2022 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2023";
- il Regolamento Arpae per l'adozione degli atti gestione dell'Agenzia;
- il Regolamento Arpae per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture;
- il Decreto Legislativo 31 marzo del 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici";

**VISTI :**

- l'art. 226 del D.Lgs. n. 36/2023 che prevede che le disposizioni contenute nel D.Lgs 50/2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso ovvero alle procedure per le quali i bandi o gli avvisi sono stati pubblicati prima del 01/07/2023;

**RICHIAMATA:**

- la Determinazione nr. 79 del 07/03/2023 con la quale si è aggiudicata la procedura aperta per l'affidamento dei servizi di manutenzione e gestione delle apparecchiature a bassa tecnologia in dotazione nei laboratori di Arpae – CIG: 9546607D4E - alla Ditta HC Hospital Consulting spa (CF 03010380487) – Via di Scolivigne 60/1 –Bagno a Ripoli (FI) per il periodo dal 09/03/2023 al 08/11/2023;

**DATO ATTO:**

- che all'articolo 17 del capitolato tecnico è prevista altresì la fornitura dei ricambi/consumabili necessari al corretto funzionamento degli strumenti in canone manutentivo la cui emivita sia significativamente diversa dalla vita stessa dello strumento e quindi non compresa nel canone manutentivo, secondo le previsioni dell'articolo 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

**CONSIDERATO:**

- che durante le normali operazioni di manutenzione, la ditta H.C. Hospital Consulting spa ha rilevato e convenuto assieme al personale Arpae, la necessità di adeguare l'impianto di aspirazione dell'analizzatore per il mercurio il quale è gestito dal medesimo impianto di aspirazione della cappa chimica presente nella stessa stanza;

- che il motore a servizio di tale aspirazione non è da ritenersi più idoneo al fine di garantire la corretta aspirazione dei vapori che si creano durante il funzionamento dello strumento e, quindi necessita di sostituzione con analogo adeguato allo scopo;
- che la ditta HC Hospital Consulting spa ha fornito idoneo preventivo di intervento, il cui costo è comprensivo della fornitura del nuovo motore e della manodopera necessaria alla sua installazione; tale preventivo in atti ha importo di 1.550 € oltre IVA;
- che il RUP Dr. Stefano Forti, ha esaminato l'elenco dei ricambi utilizzati pervenuto in atti e l'ha approvato come da corrispondenza elettronica agli atti, ritenendolo congruo economicamente avendo come paragone le fatture di acquisto dei singoli ricambi utilizzati;

#### VALUTATO:

- che la ditta H.C. Hospital Consulting spa, dispone della capacità tecnica per poter far fronte in modo tempestivo ed efficace alla fornitura dei ricambi necessari nonché gli eventuali consumabili necessari, in modo tale da ridurre al minimo i tempi di adeguamento dell'impianto di aspirazione;
- che risulta difficoltoso da parte dell'Amministrazione ricorrere ad altri operatori economici per l'approvvigionamento dei materiali necessari in tempi rapidi in modo da evitare disservizi nella gestione dei laboratori;
- pertanto opportuno procedere all'affidamento delle attività suddette di fornitura di dei ricambi indicati nel preventivo e delle attività manutentive da svolgersi quale adeguamento del sistema di aspirazione a H.C. Hospital Consulting Spa;

#### DATO ATTO:

- che l'importo di 1.550 € + IVA 22% è rappresentativo dell'intera fornitura dei ricambi e dei materiali extra-canone per le manutenzioni necessarie;

#### CONSIDERATO INOLTRE:

- che i costi predetti sono da considerare quali variazione contrattuale compresa nei limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs.50/16 e prevista in contratto;

#### SU PROPOSTA:

- del responsabile del Laboratorio Multisito, Dr. Stefano Forti, il quale ha attestato la regolarità amministrativa del presente atto;

#### DATO ATTO:

- che il responsabile unico del procedimento è il Dr. Stefano Forti;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte della Responsabile Staff Amministrazione Gestione Budget e Approvvigionamenti Laboratorio Multisito, Dr.ssa Lisa Recca;

#### DETERMINA

1. per tutto quanto in premessa esposto, di affidare la fornitura della riparazione ed adeguamento del sistema di aspirazione dell'analizzatore di mercurio quale variante di cui all'articolo 106 comma 7 del

D.Lgs. 50/2016 del contratto avente ad oggetto il servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature per l'analisi ambientale nei laboratori di Arpae relativo alle apparecchiature a bassa complessità tecnologica al fornitore H.C. Hospital Consulting Spa.

2. di dare atto che il costo complessivo di Euro 1.891 relativo al presente atto, avente natura di riparazione attrezzature (MANUT-MATTR) è a carico dell'esercizio 2023 ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale a carico del cdc DLMRA.
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul profilo del committente, alla sezione "Amministrazione Trasparente".

II RESPONSABILE DEL  
LABORATORIO MULTISITO  
(F.to Dr.Stefano Forti)

N. Proposta: PDTD-2023-881 del 17/10/2023

**Centro di Responsabilità: Laboratorio Multisito**

**OGGETTO: Laboratorio Multisito. Modifica non sostanziale di cui agli articoli 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, prevista nel contratto stipulato con H.C. Hospital Consulting Spa per i servizi di manutenzione e gestione delle apparecchiature per analisi ambientale nei laboratori Arpae relativamente a BASSA TECNOLOGIA – CIG: 9546607D4E**

**PARERE CONTABILE**

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Recca Lisa, Responsabile Amministrativo/a di Laboratorio Multisito, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 19/10/2023

Il/La Responsabile Amministrativo/a

---